

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	FL-700/500	FL-700/500	FL-700/500	Shanghai Flower Medical Equipment Co., Ltd, China	Վիրահատական լուսատու առաստաղային; Ոչ պակաս քան 2 գմբեթի առկայություն; LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն; Լուսային դիոդների պիտանելիության ժամկետ ոչ պակաս քան 50.000 ժամ; Լուսային դիոդների քանակը ոչ ավելի քան 180 հատ; Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը` 1 մ), ոչ պակաս քան 160,000 լյուքս; CRI ինդեքսը` ոչ պակաս քան 93; Գունային ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակությունը ոչ պակաս քան 3, ընդ որում առաջին

ռեժիմը 3800±500Կ, երկրորդ ռեժիմը 4400±500Կ, երրորդ ռեժիմը 5000±500Կ; Պայծառության ինտենսիվության կարգավորման առկայություն; Կառավարման վահանակով լույսի ինտենսիվության կարգավորման համար էլեկտրոնային համակարգի առկայություն; Ինտենսիվության վերահսկողությունը ոչ պակաս քան 6 քայլ ; Լուսային դաշտի տրամագիծը ոչ պակաս քան 220-ից մինչև 300 մմ տիրույթում; Լամպի վերահսկման համար անհրաժեշտ շարժական և ավտոկլավային մանրեագերծման ենթակա կենտրոնական բռնակների առկայությունը; Ստուցում՝ 220Կ, 50/60 Հg; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Սարքավորումը պետք է ամրացվի մոտ 3,2 մետր բարձրությամբ կախովի առաստաղի մակարդակով (վիրահատարանների ընդհանուր բարձրությունը մոտ 4

				<p>մետր է, վերջնական չափսերը կճշգրտվեն վիրահատարանների վերջնական կառուցապատումից հետո); Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ամրակները լուսատուն առաստաղին ամրացնելու համար, օգտագործողի ձեռնարկ, մանրէագերծման ենթակա բռնակներ՝ 4 հատ և այլն)); Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26	FL-700/500	FL-700/500	FL-700/500	Shanghai Flower Medical Equipment Co., Ltd, China	Վիրահատական լուսատու առաստաղային; Ոչ պակաս քան 2 գմբեթի առկայություն; LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն; Լուսային դիոդների պիտանելիության ժամկետ ոչ պակաս քան 50.000 ժամ; Լուսային դիոդների քանակը ոչ ավելի քան 180 հատ; Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը` 1 մ), ոչ պակաս քան 160,000 լյուքս; CRI ինդեքսը` ոչ պակաս քան 93; Գունային ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակությունը ոչ պակաս քան 3, ընդ որում առաջին

ռեժիմը 3800±500Կ, երկրորդ ռեժիմը 4400±500Կ, երրորդ ռեժիմը 5000±500Կ; Պայծառության ինտենսիվության կարգավորման առկայություն; Կառավարման վահանակով լույսի ինտենսիվության կարգավորման համար էլեկտրոնային համակարգի առկայություն; Ինտենսիվության վերահսկողությունը ոչ պակաս քան 6 քայլ ; Լուսային դաշտի տրամագիծը ոչ պակաս քան 220-ից մինչև 300 մմ տիրույթում; Լամպի վերահսկման համար անհրաժեշտ շարժական և ավտոկլավային մանրեագերծման ենթակա կենտրոնական բռնակների առկայությունը; Ստուցում՝ 220Կ, 50/60 Հg; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Սարքավորումը պետք է ամրացվի մոտ 3,2 մետր բարձրությամբ կախովի առաստաղի մակարդակով (վիրահատարանների ընդհանուր բարձրությունը մոտ 4

				<p>մետր է, վերջնական չափսերը կճշգրտվեն վիրահատարանների վերջնական կառուցապատումից հետո); Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ամրակները լուսատուն առաստաղին ամրացնելու համար, օգտագործողի ձեռնարկ, մանրէագերծման ենթակա բռնակներ՝ 4 հատ և այլն)); Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---