

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	HFEOT99	HFEOT99	HFEOT99	SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, China	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից 4 անիվների առկայություն Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն Սեղանի մակերեսի երկարությունը` 2100 մմ ± 100 մմ Սեղանի մակերեսի լայնությունը` 550 մմ ± 20 մմ Սեղանի նվազագույն բարձրությունը` 730 մմ ± 50 մմ Սեղանի առավելագույն բարձրությունը` 980 մմ ± 50 մմ Հորիզոնական և երկայնական

				<p>շարժումն՝ 330 մմ ± 30 մմ Շարժումը (Backboard upwards/downwards)՝ 75°/20° Տրենդեյլենբուրգ / Rev տրենդեյլենբուրգ ՝ -25°/+25° Սեղանի թեքում (ծախ / աջ)՝ 15 աստիճան Գլխային հատվածի թեքում (Tilit)՝ 45°/90° Ուղքերի հատվածի շարժումը (վերև / ներքև)՝ 15°/90° Ուղքերի հատվածի թեքումը ՝ 90° Երիկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև 110մմ Սնուցում՝ 220Կ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են ընդհանուր վիրաբուժության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Սեդտեխստրվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28	HFEOT99	HFEOT99	HFEOT99	SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, China	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (Էլեկտրական) Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից 4 անիվների առկայություն Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն Սեղանի մակերեսի երկարությունը՝ 2100 մմ ± 100 մմ Սեղանի մակերեսի լայնությունը՝ 550 մմ ± 20 մմ Սեղանի նվազագույն բարձրությունը՝ 730 մմ ± 50 մմ Սեղանի առավելագույն բարձրությունը՝ 980 մմ ± 50 մմ Հորիզոնական և երկայնական

				<p>շարժումն՝ 330 մմ ± 30 մմ Շարժումը (Backboard upwards/downwards)՝ 75°/20° Տրենդեյլենբուրգ / Rev տրենդեյլենբուրգ ՝ -25°/+25° Սեղանի թեքում (ծախ / աջ)՝ 15 աստիճան Գլխային հատվածի թեքում (Tilit)՝ 45°/90° Ուղքերի հատվածի շարժումը (վերև / ներքև)՝ 15°/90° Ուղքերի հատվածի թեքումը ՝ 90° Երիկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև 110մմ Սնուցում՝ 220Կ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են ընդհանուր վիրաբուժության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--