

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	BI9800TL	BI9800TL	BI9800TL	BIOMEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd, CHINA	<p>Հոլտեր համակարգ իր ծրագրով ; Ալիքներ՝ ոչ պակաս քան 12; Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 10 բիրթ; Ձայնագրման ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 48 ժամ; Ձայնագրում. Ամբողջական բացահայտում; Գրանցում է տվյալները կոմպակտ ֆլեշ քարտի վրա՝ առանց սեղմման; Սեղմում՝ չկա; Նմուշառման արագությունը. ոչ պակաս քան 128 վայրկյանում; Հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 0,05 Հց-ից մինչև 60 Հց միջակայքում +-3db դԲ; Ազդանշանի ստուգում. Խոշոր LCD՝</p>

				<p>արտածումների քարտեզով; Կարգի ստիմուլյատորի հայտնաբերում. Ճրագրավորվող միացում / անջատում` կարգավորվող շեմով; Մարտկոց. առկա; Փաթեթը ներառում է. (Ոչ պակաս քան); Հոլտերի մոնիտոր (մոնիտորինգ 24 ժամ) - 2 հատ; EՍԳ ձայնագրման համար նախատեսված ծրագիր և USB բանալի` 2 հատ; EՍԳ մալուխ ոչ պակաս քան 5 լարանի -2 հատ; Պաշտպանիչ պատյան - 2 հատ; EՍԳ էլեկտրոդներ` ոչ պակաս քան 60 հատ; Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ. (առկայություն); -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցելով էլեկտրոնային աուկցիոնին՝ կոդով ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ներքև ներկայացնում է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36	BI9800TL	BI9800TL	BI9800TL	BIOMEDICAL INSTRUMENTS Co. Ltd, CHINA	Հոլտեր համակարգ իր ծրագրով ; Ալիքներ՝ ոչ պակաս քան 12; Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 10 բիրթ; Ձայնագրման ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 48 ժամ; Ձայնագրում. Ամբողջական բացահայտում; Գրանցում է տվյալները կոմպակտ ֆլեշ քարտի վրա՝ առանց սեղմման; Սեղմում՝ չկա; Նմուշառման արագությունը. ոչ պակաս քան 128 վայրկյանում; Հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 0,05 Հց-ից մինչև 60 Հց միջակայքում +-3db դԲ; Ազդանշանի ստուգում. Խոշոր LCD՝

				<p>արտածումների քարտեզով; Կարգի ստիմուլյատորի հայտնաբերում. Ճրագրավորվող միացում / անջատում` կարգավորվող շեմով; Մարտկոց. առկա; Փաթեթը ներառում է. (Ոչ պակաս քան); Հոլտերի մոնիտոր (մոնիտորինգ 24 ժամ) - 2 հատ; EՍԳ ձայնագրման համար նախատեսված ծրագիր և USB բանալի` 2 հատ; EՍԳ մալուխ ոչ պակաս քան 5 լարանի -2 հատ; Պաշտպանիչ պատյան - 2 հատ; EՍԳ էլեկտրոդներ` ոչ պակաս քան 60 հատ; Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ. (առկայություն); -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--

