

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
58	УВЧ-30-"Мед ТеКо"	УВЧ-30-"Мед ТеКо"	УВЧ-30-"Мед ТеКо"	"Мед ТеКо", РФ	Գերբարձր հաճախականության սարքավորում; Նախատեսված է գերբարձր հաճախականության Էլեկտրական կամ մագնիսական դաշտի տեղական թերապևտիկ ազդեցությունների համար և օգտագործվում է թերապիայի, նյարդաբանության, վիրաբուժության, հոգեբուժության, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի, մանկաբուժության մեջ; Գերբարձր տատանումների հաճախականությունը` 27 ՄՀց; Նոմինալ ելքային հզորությունը` 30 Վտ; Մեքենայի կարգաբերումը`

				<p>ձեռքով; Ելքային հզորության կարգաբերումը (6 քայլից)՝ 5/10/15/20/25/30 Վտ;</p> <p>Գործառնական ռեժիմը սահմանելու ժամանակը՝ 3 րոպե; Գործարկման ժամանակն առավելագույն հզորությամբ՝ 6 ժամ;</p> <p>Ժամանակաչափ՝ 1-ից 99 րոպե միջակայքում; Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վ /50Հց; Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն ; Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են ընդհանուր վիրաբուժության համար; Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). ; -сертификат соответствия (ИСО 14937); -регистрационное удостоверение (РЗН 2019/8932):</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
58	УВЧ-30-"Мед ТеКо"	УВЧ-30-"Мед ТеКо"	УВЧ-30-"Мед ТеКо"	"Мед ТеКо", РФ	Գերբարձր հաճախականության սարքավորում; Նախատեսված է գերբարձր հաճախականության էլեկտրական կամ մագնիսական դաշտի տեղական թերապևտիկ ազդեցությունների համար և օգտագործվում է թերապիայի, նյարդաբանության, վիրաբուժության, հոգեբուժության, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի, մանկաբուժության մեջ:; Գերբարձր տատանումների հաճախականությունը՝ 27 ՄՀց; Նոմինալ ելքային հզորությունը՝ 30 Վտ; Մեքենայի կարգաբերումը՝

				<p>ձեռքով; Ելքային հզորության կարգաբերումը (6 քայլից)՝ 5/10/15/20/25/30 Վտ;</p> <p>Գործառնական ռեժիմը սահմանելու ժամանակը՝ 3 րոպե; Գործարկման ժամանակն առավելագույն հզորությամբ՝ 6 ժամ;</p> <p>Ժամանակաչափ՝ 1-ից 99 րոպե միջակայքում; Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վ /50Հց; Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն ; Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են ընդհանուր վիրաբուժության համար; Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). ; -сертификат соответствия (ИСО 14937); -регистрационное удостоверение (РЗН 2019/8932):</p>
--	--	--	--	--