

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-23-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Radifocus Guidewire	.	Terumo	<p>Ուղղորդիչ լարի առանցքը նիտինոլից է (փափուկ), պատված վոլֆրամ պարունակող պոլիուրետանի շերտով, ռենտգենոկոնտրաստ: Ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությանն է՝ 260 սմ: Պատված է հատուկ հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և գերճկուն է: Ծայրի ճկուն մասի երկարությունը 3սմ է, ձևը՝ անկյունային:</p> <p>Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափսն ըստ տրամագծի՝ 0.035" : Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն : Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության</p>

				<p>Ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПР-2023/16-23-БПР-2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
23	Radifocus Guidewire	.	Terumo	<p>Ось проводникового шнура из нитинола (мягкий), покрыт рентгенконтрастным вольфрам содержащим полиуретановым слоем, Требуемая длина для проводникового шнура - 260 мм, с гидрофильным покрытием и гипер гибкий. Длина гибкой части наконечника должна 3см, форма угловая.</p> <p>Взависимости от индивидуальных особенностей оперируемого сосуда- требования к длине 0.035".</p> <p>Обязательным условием является наличие сертификата качества CE MARK, для любого количества доставляемого товара. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки имеет не менее 50% от всего срока действия. Если имеются ссылки на торговое наименование, патент, эскиз или модель, на страну происхождения или на</p>

				конкретный источник или на производителя, используется выражение «или аналогичный».
--	--	--	--	--