

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	MAGLUMI PCT	MAGLUMI	Snibe Diagnostic	<p>Maglumi 800 վերլուծիչի համար նախատեսված Maglumi պրոկալացիտոնիսի որոշման թեստ հավաքածու (Maglumi Procal): Օրիգինալ: Մեթոդ`</p> <p>Էլեկտրոխիմիլումինեսցենստային անալիզ: Ֆորմատ` 50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi 800 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորով աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն Maglumi Procal օրիգինալ թեստ հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում`</p>

				մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ΠΠΣΣ ΣΤΕΣ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΕΣΔΑΠΩΡ-2023/16-22-ΕΤΡΕΖ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11				