ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍ ՊԻ ԷՍ ԳՐՈՒՊ-ն ԿՄԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/53 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Dawei Medical	Dawei	DW-T60	Dawei Medical (Jiangsu) Co., Ltd.	Թվային գունավոր ուլտրաձայնային ստացիոնար համակարգ երկու տվիչով և տպիչով, նախատեսված ընդհանուր և անհետաձգելի հետազոտությունների, վահանագեղձի, կրծքագեղձի, մկանակմախքային համակարգի, անոթային հետազոտությունների համար: Ամբողջական թվային ճառագայթների ձևավորում, Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ, ոչ պակաս, քան՝ 4, Մոնիտոր, ոչ պակաս, քան 21,5 դյույմ անկյունագծով, պիքսելները, առնվազն՝ 1920x1080, Հպումային

						Touch Screen էկրան, ոչ պակաս քան 13,3 դյույմ անկյունագծով, առնվազն՝ 1920x1080 պիքսել, Փոխանցման/Հաղորդման ընդունման թվային վերամշակվող ալիքների քանակ, ոչ պակաս, քան՝ 650.000 Տվիչների միաբյուրեղային տեխնոլոգիա, Լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության սկանավորում, Էխո-ազդանշանների զուգահեռ մշակում, Էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակում, Պատկերների սեգմենտար մեծացում, պատկերի հակապատկերում՝ աջ/ձախ, վերև/ներքև; Պատկերի պտույտ, ազռնվազն՝ 90°, 180°, 270° Կոշտ սկավառակի ծավալը, ոչ պակաս քան՝500 Գբ, պատկերի պահպանում՝ ոչ պակաս քան 320.000 պատկեր, ոչ պակաս քան՝ 40.000 դինամիկ պատկեր, Ռեժիմների և ծրագրերի առկայություն՝ B, M, Գունավոր դոպլեր, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր, Էներգետիկ դոպլեր Հյուսվածքային դոպլեր Պուլսային ինվերսիոն հարմոնիկա, Հյուսվածքային հարմոնիկա Դուպլեքս, տրիպլեքս

						ռեժիմներ Անատոմիկական M ռեժիմ, գունավոր M ռեժիմ B-ռեժիմ · Կադրերի հաճախականություն, ոչ պակաս, քան՝ 1400 կադր/վ · Հետազոտման խորությունը, ոչ պակաս, քան՝ 40 սմ · Խոշորացում, ոչ պակաս, քան՝ 10 անգամ · Քարտեզների առկայություն, առնվազն՝ 13 · Դինամիկ դիապազոնը – 20-280դբ Գունավոր դոպլեր/հյուսվածքային դոպլեր · Կադրերի հաճախականություն, ոչ պակաս, քան՝ 160 կադր/վ · Ավտոմատ ֆոկուսի և մեկ կոճակով կարգավորման առկայություն · Ինվերսիայի առկայություն · Պատի ֆիլտրերի դիապազոնը, առնվազն 50-700 Հց · PRF հաճախականությունը, առնվազն՝ 1 – 8 ԿՀց CW/PW Անընդհատ-ալիքային եվ Իմպուլս-ալիքային դոպլեր · Դիրքի և ծավալի կարգավորում իմպուլս ալիքային դոպլերի համար, առնվազն՝ 1-20մմ · Տրիպլեքս ռեժիմի առկայություն · Ավտոմատ անկյան կարգավորում, 0, 60, -60 աստիճան · Անընդհատ ալիքային դոպլերի համար PRF հաճախականություն, առնվազն՝

						1-40ԿՀց, արագությունների գրանցման սանդղակ, առնվազն՝ 0,1-50մ/վ · իմպուլս-ալիքային դոպլերի(PW) համար PRF հաճախականություն, առնվազն՝ 1-16ԿՀց, HPRF, արագությունների գրանցման սանդղակ, առնվազն՝ 0,4-15մ/վ · Պատի ֆիլտրերի դիապազոնը, առնվազն՝ 50-700 Հց · Ավտոմատ կարգավորման առկայություն Ազատ ձեռքով 3D ռեժիմի առկայություն, Պանորամիկ ապահովման առկայություն, Էլաստոգրաֆիայի ապահովման առկայություն, Օգտագործման բնագավառ /չափումներ, հաշվարկներ՝ Հիմնական չափումներ, Որովային, Սիրտ, Անոթներ, Ուրոլոգիա, Գինեկոլոգիա, Մանկաբարձություն, Պտղի սիրտ, Ոսկրային հետազոտումներ, Կրծքագեղձ, Վահանագեղձ, Շագանակագեղձ, Մակերեսային օրգաններ Ստատիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա JPEG, BMP, DICOM ֆորմատով; Ստատիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա AVI, MPEG, JPEG,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

S P S GROUP в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
2					BMP, TIFF, DICOM ֆորմատով; Դինամիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա MPEG, DICOM ֆորմատով, Դինամիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա MPEG, DICOM ֆորմատով Ձայնագրում USB Flash Drive-ի վրա jpeg, bmp, MPEG, DICOM ֆորմատով Սարքում հետևյալ ծրագրային փաթեթների առկայությունն՝ Auto NT Auto IMT DICOM ավտոմատ արխիվացման առկայություն արտաքին աշխատանքային կայան Էրակազմ՝ Կոնվեքս մոնոկրիստալ տվիչ, ոչ պակաս, քան 1.0-8.0 ՄՀց հաճախականության, շառավիղ, ոչ պակաս, քան՝ 50մմ, էլեմենտների քանակ ոչ պակաս, քան՝ 160 Գծային տվիչ, ոչ պակաս, քան՝ 4.0-16.0 ՄՀց հաճախականության, էլեմենտների քանակ ոչ պակաս, քան՝ 256, շառավիղ, ոչ պակաս, քան՝ 55մմ - Սև/Սպիտակ թերմալ տպիչի առկայություն Երաշխիքը, ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Սարքը նոր և չօգտագործված: Տեղադրում, կարգավորումների և բուժ.

					անձնակազմի ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն՝ ԵՀ