

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

SPS GROUP-ն ԿՄԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Dawei Medical	Dawei	DW-T60	Dawei Medical (Jiangsu) Co., Ltd.	Թվային գունավոր ուլտրաձայնային ստացիոնար համակարգ երկու տվիչով և տպիչով, նախատեսված ընդհանուր և անհետաձգելի հետազոտությունների, վահանագեղձի, կրծքագեղձի, մկանակմախքային համակարգի, անոթային հետազոտությունների համար: Ամբողջական թվային ճառագայթների ձևավորում, Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ, ոչ պակաս, քան` 4, Մոնիտոր, ոչ պակաս, քան 21,5 դյույմ անկյունագծով, պիքսելները, առնվազն` 1920x1080, Հպումային

Touch Screen էկրան, ոչ պակաս քան 13,3 դյույմ անկյունագծով, առնվազն՝ 1920x1080 պիքսել, Փոխանցման/Հաղորդման ընդունման թվային վերամշակվող ալիքների քանակ, ոչ պակաս, քան՝ 650.000 Տվիչների միաբյուրեղային տեխնոլոգիա, Լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության սկանավորում, Էխո-ազդանշանների զուգահեռ մշակում, Էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակում, Պատկերների սեգմենտար մեծացում, պատկերի հակապատկերում՝ աջ/ձախ, վերև/ներքև; Պատկերի պտույտ, ազդնվազն՝ 90°, 180°, 270° Կոշտ սկավառակի ծավալը, ոչ պակաս քան՝ 500 Գբ, պատկերի պահպանում՝ ոչ պակաս քան 320.000 պատկեր, ոչ պակաս քան՝ 40.000 դինամիկ պատկեր, Ռեժիմների և ծրագրերի առկայություն՝ B, M, Գունավոր դոպլեր, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր, Էներգետիկ դոպլեր Հյուսվածքային դոպլեր Պուլսային ինվերսիոն հարմոնիկա, Հյուսվածքային հարմոնիկա Դուպլեքս, տրիպլեքս

ռեժիմներ Անատոմիկական M ռեժիմ,  
գունավոր M ռեժիմ B-ռեժիմ ·  
Կադրերի հաճախականություն, ոչ  
պակաս, քան՝ 1400 կադր/վ ·  
Հետազոտման խորությունը, ոչ  
պակաս, քան՝ 40 սմ · Խոշորացում,  
ոչ պակաս, քան՝ 10 անգամ ·  
Քարտեզների առկայություն,  
առնվազն՝ 13 · Դինամիկ  
դիապագոնը – 20-280դբ Գունավոր  
դոպլեր/հյուսվածքային դոպլեր ·  
Կադրերի հաճախականություն, ոչ  
պակաս, քան՝ 160 կադր/վ ·  
Ավտոմատ ֆոկուսի և մեկ կոճակով  
կարգավորման առկայություն ·  
Ինվերսիայի առկայություն · Պատի  
ֆիլտրերի դիապագոնը, առնվազն  
50-700 Հց · PRF  
հաճախականությունը, առնվազն՝ 1  
– 8 ԿՀց CW/PW Անընդհատ-ալիքային  
եվ Իմպուլս-ալիքային դոպլեր ·  
Դիրքի և ծավալի կարգավորում  
իմպուլս ալիքային դոպլերի համար,  
առնվազն՝ 1-20մմ · Տրիպլեքս  
ռեժիմի առկայություն · Ավտոմատ  
անկյան կարգավորում, 0, 60, -60  
աստիճան · Անընդհատ ալիքային  
դոպլերի համար PRF  
հաճախականություն, առնվազն՝

1-40ԿՀց, արագությունների գրանցման սանդղակ, առնվազն՝ 0,1-50մ/վ · իմպուլս-ալիքային դոպլերի(PW) համար PRF հաճախականություն, առնվազն՝ 1-16ԿՀց, HPRF, արագությունների գրանցման սանդղակ, առնվազն՝ 0,4-15մ/վ · Պատի ֆիլտրերի դիապազոնը, առնվազն՝ 50-700 Հց · Ավտոմատ կարգավորման առկայություն Ազատ ձեռքով 3D ռեժիմի առկայություն, Պանորամիկ ապահովման առկայություն, Էլաստոգրաֆիայի ապահովման առկայություն, Օգտագործման բնագավառ /չափումներ, հաշվարկներ՝ Հիմնական չափումներ, Որովային, Սիրտ, Անոթներ, Ուրոլոգիա, Գինեկոլոգիա, Մանկաբարձություն, Պտղի սիրտ, Ոսկրային հետազոտումներ, Կրծքագեղծ, Վահանագեղծ, Շագանակագեղծ, Մակերեսային օրգաններ Ստատիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա JPEG, BMP, DICOM ֆորմատով; Ստատիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա AVI, MPEG, JPEG,

<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>				
<b>предлагаемого товара</b>				
SPS GROUP в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУРՀ-ԷԱՃԱՊԶ-23/53, ниже представлено полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
2				<p>ծրագրային փաթեթների արտադրողն՝ Auto NT Auto IMT</p> <p>տեխնիկական արխիվացման DICOM ավտոմատ արխիվացման առկայություն արտադրողն՝ աշխատանքային կայան Էրակագմ` Կոնվերս մոնոկրիստալ տվիչ, ոչ պակաս, քան 1.0-8.0 ՄՀց հաճախականության, շառավիղ, ոչ պակաս, քան` 50մմ, էլեմենտների քանակ ոչ պակաս, քան` 160 Գծային տվիչ, ոչ պակաս, քան` 4.0-16.0 ՄՀց հաճախականության, էլեմենտների քանակ ոչ պակաս, քան` 256, շառավիղ, ոչ պակաս, քան` 55մմ - Սև/Սպիտակ թերմալ տպիչի առկայություն Երաշխիքը, ոչ պակաս, քան` 12 ամիս: Սարքը նոր և չօգտագործված: Տեղադրում, կարգավորումների և բուժ.</p>

BMP, TIFF, DICOM ֆորմատով;  
 Դինամիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա MPEG, DICOM ֆորմատով,  
 Դինամիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա MPEG, DICOM ֆորմատով Ձայնագրում USB Flash Drive-ի վրա jpeg, bmp, MPEG, DICOM ֆորմատով և այլն: Բացի այդ, նաև ներկայացված է հարցում հետևյալ բնութագրերը:

Տեխնիկական արխիվացման DICOM ավտոմատ արխիվացման առկայություն

աշխատանքային կայան Էրակագմ` Կոնվերս մոնոկրիստալ տվիչ, ոչ պակաս, քան 1.0-8.0 ՄՀց հաճախականության, շառավիղ, ոչ պակաս, քան` 50մմ, էլեմենտների քանակ ոչ պակաս, քան` 160 Գծային տվիչ, ոչ պակաս, քան` 4.0-16.0 ՄՀց հաճախականության, էլեմենտների քանակ ոչ պակաս, քան` 256, շառավիղ, ոչ պակաս, քան` 55մմ - Սև/Սպիտակ թերմալ տպիչի առկայություն Երաշխիքը, ոչ պակաս, քան` 12 ամիս: Սարքը նոր և չօգտագործված: Տեղադրում, կարգավորումների և բուժ.

					անձնակազմի ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն՝ EC
--	--	--	--	--	--