

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                |                                     |                                     |                                     |  |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը             | ապրանքային<br>նշանը                 | մակնիշը                             | արտադրողի<br>անվանումը              | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 3                  | Ավտոմատ<br>քիմիական<br>անալիզատոր | Urit Medical<br>Electronic Co. Ltd. | Urit Medical<br>Electronic Co. Ltd. | Urit Medical<br>Electronic Co. Ltd. | Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր<br>Նվազագույն չափելի պարամետրեր.<br>ALT, AST, ALP, GGT, LDH, CK, CK-MB,<br>AMY, AMY-P, TG, TChol, HDL-Chol, UA,<br>UREA, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, Ca,<br>Mg, HbA1c, Phosphor, D-Dimer, Crea,<br>Fe, LDL, hsCRP, CRP, Lact<br>Վերլուծության մեթոդը ոչ պակաս,<br>քան Վերջնակետ, 2-6 կետ<br>Կինետիկա, 2 կետ Աբսորբցիա<br>Տուրբիդիմետրիա Գծային կամ ոչ<br>գծային տրամաչափում Ոչ պակաս<br>քան 6" գունավոր LCD կամ TFT<br>դիսպլեյ Արտադրողականությունը՝<br>ոչ պակաս քան 100 թեստ 1 ժամում |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Լույսի աղբյուր Հալոգենային լամպ.<br/>6V / 10W կամ 12V / 20W կամ<br/>համարժեք LED լամպ Ռեակտիվները<br/>ճանաչելու գծիկավոր կամ QR կոդ<br/>կարդացող միավորի առկայություն<br/>Ինտերֆեյս Սերիական ինտերֆեյսի<br/>պորտերի առկայություն`<br/>համակարգչին և տպիչին միանալու<br/>համար, USB Էլեկտրոսնուցում` 220<br/>Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և<br/>պարագաներ Մեկնարկի համար ոչ<br/>պակաս քան 500 թեստի համար<br/>ռեագենտների առկայություն<br/>Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն<br/>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված Լրակազմը<br/>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի<br/>վկայականներ (առկայություն)<br/>ISO13485 CE Mark</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |               |       |                            |                            |