

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Մեզի ավտոմատ վերլուծիչ	Urit Medical Electronic Co. Ltd.	Urit Medical Electronic Co. Ltd.	Urit Medical Electronic Co. Ltd.	Մեզի ավտոմատ անալիզատոր Ոչ պակաս քան 13 պարամետրեր՝ Bilirubin, Urobilinogen, Ketones, Ascorbic Acid, Glucose, Protein Microalbumin, Blood (Hemoglobin), pH, Nitrite, Leucocytes, Creatinine, Specific Gravity: Արտադրողականությունը՝ ոչ պակաս քան 50 թեստ 1 ժամում Հիշողության ծավալ՝ ոչ պակաս քան 1000 արդյունք Ոչ պակաս քան 2,8" գունավոր LCD կամ TFT դիսպլեյ Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB

					Արդյունքները հիմնված լինեն թեստային ստրիպների վրա Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Աքսեսուարներ Ստրիպներ ոչ պակաս քան 500 հատ Կարգաբերում՝ ոչ պակաս քան 1 տուփ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2023/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					