

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|---|------------------|---------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր // Automatic Chemistry Analyzer // Автоматический химический анализатор | BA-A-S120Mini | BA-A-S120Mini | Infitek | Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր 70 անալիզ, ներառյալ ALT, AST, ALP, GGT, LDH, CK, CK-MB, AMY, AMY-P, TG, TChol, HDL-Chol, UA, UREA, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, Ca, Mg, HbA1c, Phosphor, D-Dimer, Crea, Fe, LDL, hsCRP, CRP, Lact Վերլուծության մեթոդը Վերջնակետ, 2-6 կետ Կինետիկա, 2 կետ Աբսորբցիա Տուրբիդիմետրիա Գծային և ոչ գծային տրամաչափում 7" գունավոր LCD: Արտադրողականությունը` 120 թեստ 1 ժամում Լույսի աղբյուր Հալոգենային լամպ. 6V / 10W ; Ռեակտիվները ճանաչելու գծիկավոր |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>կոդ կարդացող միավորի առկայությունն հնտերֆեյս Սերիական հնտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB</p> <p>Էլեկտրոսուղում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար 500 թեստի համար ռեագենտների առկայություն</p> <p>Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն;</p> <p>Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC),մ FDA.</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր // Automatic Chemistry Analyzer // Автоматический химический анализатор | BA-A-S120Mini | BA-A-S120Mini | Infitek | Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր 70 անալիզ, ներառյալ ALT, AST, ALP, GGT, LDH, CK, CK-MB, AMY, AMY-P, TG, TChol, HDL-Chol, UA, UREA, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, Ca, Mg, HbA1c, Phosphor, D-Dimer, Crea, Fe, LDL, hsCRP, CRP, Lact Վերլուծության մեթոդը Վերջնակետ, 2-6 կետ Կինետիկա, 2 կետ Աբսորբցիա Տուրբիդիմետրիա Գծային և ոչ գծային տրամաչափում 7" գունավոր LCD: Արտադրողականությունը՝ 120 թեստ 1 ժամում Լույսի աղբյուր Հալոգենային լամպ. 6V / 10W ; Ռեակտիվները ճանաչելու գծիկավոր |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>կոդ կարդացող միավորի առկայությունն հնտերֆեյս Սերիական հնտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB</p> <p>Էլեկտրոսուղում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:</p> <p>Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար 500 թեստի համար ռեագենտների առկայություն</p> <p>Տեղադրում և մեկնարկ</p> <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում</p> <p>Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն;</p> <p>Սարքավորումը նոր է,</p> <p>չօգտագործված Լրակազմը</p> <p>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC),մ FDA.</p> |
|--|--|--|--|---|