

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	DQ-2B	DQ-2B	DQ-2B	SHANGHAI FLOWER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, CHINA	Նեգատասկոպ: Նեգատասկոպը Նախատեսված է ռենտգեն պատկերների դիտման համար Նախատեսված՝ երկու 43x43սմ պատկերների դիտման համար Հոսանքի սնուցման անջատիչի առկայություն Սնուցումը 220Վ/50Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և

				պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (DECLARATION OF CONFORMITY ACCORDING TO REGULATION (EU) 2017/745 MEDICAL DEVICE REGULATION)
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	DQ-2B	DQ-2B	DQ-2B	SHANGHAI FLOWER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, CHINA	Негатаскоп. Негатаскоп для просмотра рентгеновских снимков Предназначен для просмотра двух снимков размером 43x43 см Наличие выключателя питания Источник питания: 220 В / 50 Гц Комплектация и аксессуары: Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке Оборудование новое, неиспользованное В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной

				работы оборудования Гарантия: 24 месяцев. Сертификаты качества (наличие) ISO 13485 CE Mark (DECLARATION OF CONFORMITY ACCORDING TO REGULATION (EU) 2017/745 MEDICAL DEVICE REGULATION)
--	--	--	--	--