

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Baxter	AK 98	AK 98	Baxter Gambro	<p>Հեմոդիալիզի սարք՝ Սարքը նախատեսված է հեմոդիալիզի անցկացման համար (ցածր և բարձր հոսք), Մարտկոցի առկայություն, Գունավոր սենսորային էկրանի առկայություն, Սարքը կարող է աշխատել մուտքային ջրի (բուժման ընթացքում) 5-ից 30 °C տիրույթում, Մեքենան ունի մանրէների գտիչ (Օրինակ՝ պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր Աուդիո-, տեսա- ազդանշաններ՝ հաղորդունակության հաճախականության խախտման,արյան արտահոսքի,</p>

օդային արտահոսքի, տրանսմեմբրանային ճնշման ազդանշաններ, դիալիզի ջերմաստիճանի ազդանշան, ախտահանման ավարտի ազդանշան, շրջանցման (bypass) ազդանշան և արյան պոմպի դադարեցման ազդանշանի առկայություն , Ավտոմատ միացման/անջատման հնարավորության առկայություն ,Ավտոմատ ինքնաստուգման հնարավորության առկայություն, Մոնիտորին բուժման պարամետրերի ցուցադրման հնարավորության առկայություն, Կրեատինինի կլիրենսի մշտադիտարկման առկայություն` ներկառուցված սարքի միջոցով էֆեկտիվ միզաթթվի կլիրենսի ու դիալիզի դոզայի (KT / V) չափման և մոնիտորինգի համար, Սարքի արյան պոմպը համապատասխանում է ստանդարտ A-V արյան հոսքագծերին, Արյան հոսքի վերահսկման առկայությունը, Արյան արտահոսքի հայտնաբերման առկայություն, Հոսքի արագությունը 50-ից մինչև 500մլ/րոպե տիրույթում

, Դիալիզատի ջերմաստիճաններն ընտրվում է 35-ից 39օՑ աստիճան տիրույթում, Խտանյութի սպասում ռեժիմի առկայություն, Օդի հայտնաբերման առկայություն, Հեպարինի համար ներարկիչ դիսպանսերի առկայություն, Հոսքի արագությունը 0.1-ից մինչև 10 մլ / ժամ Հոսքի արագություն՝ 300-ից 700 մլ / մթ տիրություն (100 մլ/րոպ քայլով) Na և ՌԲՖ (ուլտրաֆիլտրավորման) պրոֆիլավորման հնարավորության առկայություն Ուլտրաֆիլտրացիայի հսկողության առկայություն՝  $\pm 50$  մլ / ժամ x սպառված բուժման ժամանակ (ժամ) ,/ կուտակված ուլտրամանուշակագույն ծավալի 2.5%-ը , Սարքի ախտահանման և մաքրման համակարգի առկայություն, ունի ինտեգրված ջերմային և քիմիական ախտահանման հնարավորություն՝ ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար ախտահանման ծրագրով՝ օր/ գիշեր շաբաթային գրաֆիկով, Ախտահանման մատյանի առկայություն ունի դրենաժային համակարգ, հնարավոր

Է մեքենան միացնել համակարգչին,  
Անսարքության ավտոմատ  
ախտորոշում՝ ընթացքում սխալներն  
առցանց հայտնաբերելու և  
ցուցադրելու հնարավորությամբ  
(տեխնիկական սպասարկման  
ռեժիմում) Սևուցում՝ 220 Վ, 50/60  
Հց , Լրակազմ և պարագաներ  
Առաջարկվող սարքերը  
նախատեսված են ISO 13485 և CE  
Mark որակավորում ունեցող երկու  
կամ ավելի պարագաների  
(դիալիզատոր /հիվանդի  
անհատական ֆիլտր/, արյան  
հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ  
և ռեակտիվներ) կիրառման համար:  
Համակարգի տեղադրման և  
ստանդարտացման համար  
պահանջվող բոլոր ծախսանյութերը  
տրվում են՝ Տեղադրման և  
փորձարկման աշխատանքներ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝  
մասնագետի կողմից Օգտագործման  
ծեռնարկ անգլերեն, ռուսերեն,  
Ապրանքը նոր է, չօգտագործված,  
Բոլոր սարքերի համար  
մատակարարվում են արյան ճնշումը  
չափելու մանժետները  
(ճարմանդները) Համալիրը

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ջրի մաքրման համակարգի միացման համար, էլեկտրական համակարգերի համար անհրաժեշտ անջատիչներ (էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << 001 EUDU 12F-2023/54 >> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

(ապահովիչներ)) և այլն) Երաշխիքը 24 ամիս, Ստանդարտները՝ технические характеристики (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ) ISO13485 , CE Mark (Directive 93/42/EEC)

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	Предлагаемый товар наименование производителя	
8					