

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԳՁԲ-2023/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 11 | Ավտոմատ ներարկիչ BeneFusion uSP | Ավտոմատ ներարկիչ BeneFusion uSP | BeneFusion uSP | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. | Ավտոմատ ներարկիչ Ներարկիչի պարենտերալ ինֆուզիաների դրայվեր՝ հիվանդասենյակներում, վիրահատարաններում, ինտենսիվ թերապիայի սրահներում և հիվանդի տեղափոխման ժամանակ Մեկ կանալանի և այն կարող է ընդունել տարբեր չափերի ներարկիչներ՝ 2ml/3ml, 5ml/6ml, 10ml/12ml, 20ml, 30ml/35ml, 50ml/60ml Սարքի աշխատունակության ինքնաստուգում սարքի միացումից անմիջապես հետո, սխալի առկայության դեպքում սարքը տալիս է ձայնային ազդանշան |

Հեղուկներին դիմացկուն դիզայն՝
ABS պատյան (հարվածադիմացկուն)
Հոսքի արագությունը ոչ պակաս
քան 0,01-ից 2300 մլ / ժամ
միջակայքում Հոսքի արագության
աճ՝ 0.01-ից 0,1 մլ/ժամ Ներարկման
ընդհանուր ծավալը՝ 0,01-ից
9999.99 մլ միջակայքում ժամանակի
լիմիտը՝ 00:00:01-ից 99:59:59
տիրույթում Ներարկիչներ (տարբեր
արտադրողների)՝ 2ml/3ml, 5ml/6ml,
10ml/12ml, 20ml, 30ml/35ml,
50ml/60ml, Ճշգրտություն
(նախատեսված ներարկիչներ):
±1.8% Խցանման ճնշումը՝
կարգավորելի KVO՝ կարգավորելի Է՝
0,01 մլ / ժամից մինչև 10 մլ / ժամ
Բոլուս՝ կարգավորելի 0,01-ից 2300
մլ / ժամ տիրույթում Տափնապային
ազդանշանային / անվտանգության
տալիս Է հետևյալ դեպքերում.
խցանում, ինֆուզիոն ավարտված Է,
ցածր մարտկոց ծրագրավորման
սխալ, ներարկիչի սխալ
դիրքավորում, ամրացման սխալ
Ներարկիչի ծավալի ավտոմատ
ճանաչելիություն Հոսանքի
արտահոսքի պաշտպանություն
(սարքավորումների տեսակը CF)

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Պաշտպանություն Էլեկտրական հարումներից (II դասի սարքավորում) Կապ ինտերֆեյս. RS232C Էլեկտրականություն Էլեկտրական II դաս Ներքին լիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցով աշխատանքը Առնվազն 6,5 ժամ նորմալ մարտկոցի համար, առնվազն 12,5 ժամ խելացի մարտկոցի համար, և առնվազն 21 ժամ երկակի խելացի մարտկոցների համար (գործում է 5 մ/ժ արագությամբ, ստանդարտ գործողության պայմաններում Սնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2023/53
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 11 | | | | | |