

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ (ոչ պակաս քան կամ համարժեք). VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont Օդափոխման բոլոր ռեժիմները պետք է համապատասխանեն նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ Երկու ներկառուցված սենսորային Էկրաներ սարքավորման կարգաբերումների և հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար, անկյունագծերով՝ ոչ պակաս քան 12" Ոչ պակաս քան 800

x 600 պիքսել Առանձին
Նեոկառուցված թթվածնային
հոսքաչափ ոչ պակաս քան 15 լ/ր
մատակարարման
հնարավորությամբ Արտացույցում
մոնիտորի վրա (ոչ պակաս քան).
Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ,
գազի կոնցենտրացիա,
օգտագործողի կարգավորմամբ
Պարամետրերը (ոչ պակաս քան).
Շնչառական ծավալը` 5-ից 1500 մլ
տիրույթում Ներշնչման հոսքը` ոչ
պակաս քան 120 լ/ր Շնչառության
հաճախությունը` ոչ պակաս քան
4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում I:E
ratio 4:1 - 1:10 Ճնշման
հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O
Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) -
50 սմ H2O PEEP` ոչ պակաս քան 3 -
20 սմ H2O միջակայքում Մարտկոցի
առկայություն Անգայացման սարքի
աշխատանքը մարտկոցով ոչ
պակաս քան 120 րոպե
Ազդանշաններ (ոչ պակաս քան) O2
գազի մատակարարման ճնշում, օդ,
Էլեկտրամատակարարում,
համակարգի անսարքություն,
փորձարկման ձախողում, ճնշումներ
` pmax, pmin, PEEP max,

հաճախականություն, ծավալներ՝
MVmax, MVmin, Vtmin Այլ
պահանջներ Ոչ պակաս քան երկու
գոլորշիացնող սարքերի համար
գոլորշիացնող ամրակների
առկայություն O2 չափման
համակարգի առկայություն
Իզոլյուրանի և սեփոֆյուրանի
գոլորշիացուցիչների առկայություն
Հոսալի CO2 կլանիչ Սնուցում՝ 220
վ, 50/60 Հց Հիմնական լրակազմ
Անիվներով հենքի վրա
օդափոխության սարք, հիվանդի
կոնտուրի բռնակ, գազի
աղբյուրներին միացնելու
խողովակների համալիր Հոսքի
տվիչ, բազմակիրառելի Ջրային
կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր,
բազմակի օգտագործման 2 հատ
(Մեծահասակների, երեխաների)
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է անհրաժեշտ բոլոր
լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ

				<p>Նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար</p> <p>Նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների երեխաների և նորածինների համար</p> <p>2 հավաքածու, առնվազն 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ ոչ պակաս քան 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն)</p> <p>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս</p> <p>Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					