ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	NLF-200D	NLF-200D	NLF-200D	Nanjing Superstar Medical Equipment Co., Ltd, China	Պղպջակային նորածնային CPAP համակարգ: Bubble CPAP-ը, որը նաև հայտնի է որպես Neonatal CPAP, փուչիկների ստեղծման եզակի համակարգ է, որն ապահովում է CPAP-ի հետևողական և ճշգրիտ առաքում նորածնային հիվանդներին: Հագեցած է բարձրորակ շարժական բժշկական օդային կոմպրեսորով, բժշկական շնչառական խոնավացուցիչով, բարձր ճշգրտության օդ – թթվածնի խառնիչով: Ակտիվ մեխանիկական օդաթթվածնային խառնիչի առկայություն, FiO2-ի միջակայքը

						տատանվում է 21%-ից մինչև 100% միջակայքում FiO2-ի ճշգրտությունը՝ ± 3% Գազի մատակարարման ճնշումը օդ/թթվածին 0,28-0,6ՄՊա միջակայքում Հոսքը՝ 1,5-15լ/րոպե միջակայքում Նորածնային հիվանդների CPAP-ի իրականացման համար սահմանված PEEP մակարդակի ցուցիչի առկայություն: Բարձր PEEP-ի ազդանշան և ցածր PEEP-ի ազդանշան՝ PEEP-ի մակարդակը ցույց տալու համար: Peep տվիչով պղպջակների գեներատորի առկայություն PEEP տվիչով պղպջակների գեներատորը ապահովում է PEEP-ը՝ 3 սմ H2O-ից մինչև 10 սմ H2O միջակայքում: Խոնավացուցիչի առկայություն բազմակի օգտագործման խոնավացման տարայով Օդի խոնավացուցիչի ջերմաստիճանի վերահսկում՝ 0-75°C միջակայքում Խոնավացուցիչի լարումը 220V 50/60Hz Բժշկական օդային կոմպրեսորի առկայություն Բժշկական օդային կոմպրեսորի ելքային ճնշումը՝ 0,25-0,6 ՄՊա միջակայքում Շարունակական հոսքը՝ 60 լ/րոպե Աղմուկի

						մակարդակը՝ ≤ 55 դբ Ճնշման չափիչի առկայություն Սնուցումը 220 Վ, 50/60 Հց Բարձր հոսքով քթային կանուլային թերապիայի համար քթային կանուլայի առկայություն 20 մեկանգամյա շնչառական կոնտուրների առկայություն Հիվանդի միացման շնչառական կոնտուրների արմունկի և մոնտաժային միացուցիչների առկայություն Խոնավացուցիչի ջերմաստիճանի տվիչի առկայություն Թեստային թոքերի առկայություն Սարքավորումների համար ստենդի առկայություն Հիվանդների համար տարբեր տեսակի ինտերֆեյսների առկայություն, ինչպիսիք են CPAP քթի հուշումները, քթի դիմակը, քթի T տիպի ծայրակալները Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն, Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար

					Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	NLF-200D	NLF-200D	NLF-200D	Nanjing Superstar Medical Equipment Co., Ltd, China	Пузырьковая неонатальная система CPAP. Bubble CPAP, также известная как Neonatal CPAP, представляет собой уникальную систему для создания пузырьков, которая обеспечивает последовательную и точную доставку CPAP неонатальным пациентам. Должен быть оснащен высокопроизводительным портативным медицинским воздушным компрессором, медицинским увлажнителем дыхания, высокоточным воздушно-кислородным блендером. Наличие

						активного механического воздушно-кислородного смесителя, содержание FiO2 варьируется в диапазоне от 21% до 100% Точность FiO2 ± 3% Давление источника газа в диапазоне Воздух/кислород 0,28-0,6 Мпа Поток в диапазоне 1,5-10 л/мин Наличие индикатора уровня PEEP, установленного для проведения CPAP неонатальным пациентам. Сигнал о высоком PEEP и сигнал о низком PEEP для индикации уровня PEEP. Наличие генератора пузырьков с датчиком PEEP Генератор пузырьков с датчиком PEEP должен обеспечивать PEEP в диапазоне от 3 см H2O до 10 см H2O. Наличие увлажнителя с многоразовой камерой увлажнения Контроль температуры увлажнителя воздуха в диапазоне 0-75 ℃ Напряжение питания увлажнителя 220 В 50/60 Гц Наличие медицинского воздушного компрессора Выходное давление медицинского воздушного компрессора не менее чем в диапазоне 0,25-0,6МПа

					Непрерывный расход 60 л/мин Уровень шума 55 дБ Наличие манометра давления Питание: 220 В, 50/60 Гц Наличие носовой канюли для высокопоточной терапии Наличие 20 одноразовых дыхательных контуров Наличие кронштейна для подключения дыхательных контуров пациента и монтажных кронштейнов Наличие датчика температуры увлажнителя Наличие тестового легкого Наличие тележки для оборудования Наличие различных типов интерфейсов для пациентов, таких как носовые наконечники CPAP, носовая маска, носовые Т-образные наконечники Набор и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке Новое, неиспользованное В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): ISO 13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)