

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լինարե ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/15-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	CHAORAN MEDICAL	CHAORAN MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD	Վակուումային փորձանոթի կցորդիչ՝ ստանդարտ, նախատեսված արյուն վերցնելու վակուումային փորձանոթների համար: Փաթեթավորման վրա գրված են ապրանքային նշանը, ընկերության անվանումը, պատվիրման համարը, լոտը, ժամկետները, պահպանման պայմանները: CE (Conformité Européenne) սերտիֆիկատի կամ FDA կողմից հաստատված նշան առկայություն: Կցվածառկայություն: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Կցորդիչին համապատասխանող ասեղ՝ նախատեսված վակուումային փորձանոթներով արյուն վերցնելու համար, 21G 1 1/2", ստերիլ: Պահպանման պայմանները՝ 4 -36 °C: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն, CE (Conformité Européenne) սերտիֆիկատի կամ FDA կողմից հաստատված նշան առկայություն: Կցորդիչն ու նմուշառման ասեղները պետք է լինեն համատեղելի: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ըրևարե ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԸՃԱՊՁԲ-2024/15-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2			