

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Nova Biomedical- USA | Stat Profile Prime CCS Comp | Stat Profile Prime CCS Comp | Nova Biomedical | Արյան գազերի և Էլեկտրոլիտների վերլուծիչ Բոլոր սենսորները և Էլեկտրոդները գտնվում են մեկ քարթիջում ըստ Nova Microsensor Card տեխնոլոգիայի: Արյան գազ , Էլեկտրոլիտ,մետաբոլիտ ` 10 պարամետրեր pH, pCO2, pO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac) Ընդունելի նմուշներ` ամբողջական արյուն (հեպարինացված), զարկերակային, խառը երակային, մազանոթային: Նմուշի ծավալը` արյան գազ, Էլեկտրոլիտ,մետաբոլիտ` 100 մկլ: Հաշվարկվող պարամետրերը` pH, PCO2, PO2, HCO3-, TCO2, Be-efc, Be- |

b, SBC, O2Ct, O2Cap, A, AaDO2, a / A, RI, PO2/FIO2, Anion Gap, P50, SO2%, Hb) Ճշգրտված ջերմաստիճանը՝ pH, PCO2, PO2:

Թողունակությունը՝ ժամում 45 նմուշ. մեկ թեստի տևողությունը՝ 60վրկ.:

Տրամաչափման քարթրիջի ծառայության ժամկետը 32 օր

Սարքը բարկոդ սքաներով:

Ռեակտիվները կալիբրատոր պակետ և կոնտրոլ պակետ, գործնետության ժամկետը 35օր: Պահպանման ժամկետը սենյակային ջերմաստիճանում 18-ից 30°C 12 ամիս Քարթրիջը 100 թեստ, չափսերը՝ 6,4սմx5,1սմx0,6սմ

Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB:

Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:

Քաշը՝7,5 կգ: Չափսերը՝ 39,06 x 30,5 x 36,20. Լրակազմ և պարագաներ

Մեկնարկի համար 300 թեստի համար ռեագենտների առկայություն

Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում

Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն

Սարքավորումը կլինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC) և FDA:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ωλσ|ηq-Ωτη ΩηC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << ΩC ΕΩΔΩηΩF-2023/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |