

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԼԲԼԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	Gel & clot activator	Gel & clot activator	Shangdong Chengwu Medical	<p>Արյան նմուշառման փորձանոթ՝ վակուումային, 5.0 մլ: Արյան նմուշառման փորձանոթ՝ վակուումային, մակարդուկ ակտիվացուցիչով և գել բաժանարարով: Փորձանոթի ծավալը՝ 5 մլ, չափսերը՝ 13 * 100 մմ: Կափարիչի գույնը՝ դեղին: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը : Փորձանոթի վրա պիտակի առկայություն՝ պացիենտի անուն/ ազգանուն, նմուշառման ամսաթիվ գրելու հնարավորությամբ: : Ֆիրմային նշանի առկայությունը փորձանոթի վրա պարտադիր է: Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics և ունենան CE (Conformité Européene) նշան: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/1-ԴԵՆՈՐԱՅՔԱԲԼԱ նախքան ներկայացնում է լիարժեք նկարագրագրությունը և թվով նշված ծավալը : Փորձանոթի վրա պիտակի առկայությունը՝ պահանջարկի անուն/ ազգանուն, սմուլառման ամսաթիվ գրելու հնարավորությամբ: : Ֆիրմային նշանի առկայությունը փորձանոթի վրա պարտադիր է: Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics և ունենան CE (Conformité Européene) նշան: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
35	Gel & clot activator	Gel & clot activator	Shangdong Chengwu Medical	Արյան սմուլառման փորձանոթ՝ վակուումային, 5.0 մլ: Արյան սմուլառման փորձանոթ՝ վակուումային, մակարդուկ ակտիվացուցիչով և գել բաժանարարով: Փորձանոթի ծավալը՝ 5 մլ, չափսերը՝ 13 * 100 մմ: Կափարիչի գույնը՝ դեղին: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի սմուլառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը : Փորձանոթի վրա պիտակի առկայությունը՝ պահանջարկի անուն/ ազգանուն, սմուլառման ամսաթիվ գրելու հնարավորությամբ: : Ֆիրմային նշանի առկայությունը փորձանոթի վրա պարտադիր է: Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics և ունենան CE (Conformité Européene) նշան: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):

