

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                        |  |
|--------------------|---------------------|------------------------|--|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 7                  | Eliminate           | Terumo                 | Պետական պատվերով ստեղծված ծառայությունների մատուցման<br>նպատակով ձեռք բերվող ասպիրացիոն կաթետեր, դիստալ չափը՝ 1.7մմ,<br>պրոքսիմալ չափը՝ 1.4մմ, քաշող մակերեսը դիստալ մասում՝ 0.79մմ քառ.,<br>պրոքսիմալ հատվածում՝ 0.95մմ քառ. մուտքի պրոֆիլը՝ " 0,014,<br>հիդրոֆիլիկ ծածկույթ՝ 40սմ, աշխատող սեգմենտը՝ RX= 23սմ: Ֆորմատ՝<br>հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված,<br>գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական<br>ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝<br>գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ<br>պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2024/16-4-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                            |   |
|------------|--------------------|----------------------------|---|
|            | товарный знак      | наименование производителя | технические характеристики  |
| 7          | Eliminate          | Terumo                     | <p>Аспирационный катетер, приобретаемый для предоставления услуг стентирования в рамках гос. заказа, дистальный размер не более 1,7 мм, проксимальный размер не более 1,4 мм, площадь вытяжения не менее 0,79 кв. мм, в проксимальной части - менее 0,95 кв. мм. входной профиль не более 0,019 ", гидрофильное покрытие не менее 40 см, рабочий сегмент не более RX = 23 см. Формат: шт. CE MARK A сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства.</p> <p>Наличие по крайней мере 70% полного срока годности на момент доставки.</p> |