

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Introducer Radial 5Fr,	Terumo	Պետական պատվերով ստեղծված ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ինտրոդյուսեր: Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրոդյուսեր տրանսռադիալ կոմպլեկտ 5Fr- Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից ինտրոդյուսերի ծայրի երկարության պահանջվող չափերն են՝ 7սմ, 10սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և բարդությունից մինի վայերի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.018" 0.021"0.025"՝ 45սմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից մուտքի ասեղի պահանջվող չափերն են՝ 20G, 21G, 22G: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի

			առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/16-4-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
10	Introducer Radial 5Fr,	Terumo	Интродьюсер, приобретаемый для предоставления услуг стентирования в рамках гос. заказа. Интродьюсер комплект трансрадиальный размера 5Fr, предназначенный для диагностических и интервенционных вмешательств. Переход дилатора на спринцовку высокой точности, позволяющий погружать Интродьюсер в кровеносный сосуд без дополнительных вмешательств (например, лезвия скальпеля). В зависимости от веса оперируемого пациента, требуемая длина кончика Интродьюсера - 7см, 10см. В зависимости от вида и сложности оперируемого сосуда, требуемый диаметр мини ваера - 0.018" 0.021"0.025" при длине 45см. В зависимости от вида оперируемого сосуда, требуемый размер входной иглы - 20G, 21G, 22G. Формат: шт. CE MARK A сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайней мере 70% полного

			<p>срока годности на момент доставки. Заказчик имеет право вернуть или заменить размер товара другим при необходимости, при условии наличия по крайней мере 50% от всего срока годности товара.</p>
--	--	--	---