

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Radifocus Guidewire	.	Terumo	Ուղղորդիչ լարի առանցքը նիտինոլից է (փափուկ), պատված վոլֆրամ պարունակող պոլիուրետանի շերտով, ռենտգենոկոնտրաստ: Ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությանն է՝ 260 սմ: Պատված է հատուկ հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և գերճկուն է: Ծայրի ճկուն մասի երկարությունը մինչև՝ 3սմ է, ձևը՝ անկյունային: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափսն ըստ տրամագծի՝ 0.035" : Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի

				<p>ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p> <p>«Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2024/16-6-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Radifocus Guidewire	.	Terumo	<p>Ось проводникового шнура из нитинола (мягкий), покрыт рентгенконтрастным вольфрам содержащим полиуретановым слоем, Требуемая длина для проводникового шнура - 260 см, с гидрофильным покрытием и гипер гибкий. Длина гибкой части наконечника должна быть 3см, форма угловая.</p> <p>Взависимости от индивидуальных особенностей оперируемого сосуда- требования к длине 0.035".</p> <p>Обязательным условием является наличие сертификата качества CE MARK, для любого количества доставляемого товара. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Содержать технические показатели, правила и особенности эксплуатации, в виде заводского руководства. На момент поставки должно быть не менее 50% от всего</p>

				<p>срока действи. Товар, приобретаемый в рамках «бесплатной медицинской помощи и услуг для населения» с целью тромболитического лечения и предоставления услуг механической тромбэктомии при остром и/или подостром ишемическом инсульте головного мозга.</p>
--	--	--	--	---