

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |         |                        |   |
|--------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 17                 | Radifocus Guidewire | .       | Terumo                 | Ուղղորդիչ լարի առանցքը կոշտ սիտինոլից է, պատված վոլֆրամ պարունակող պոլիուրետանի շերտով, ռենտգենոկոնտրաստ: Ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությանն է՝ 260 սմ: Պատված է հատուկ հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և գերճկուն է: Ծայրի ճկուն մասի երկարությունը 3սմ է, ձևը՝ անկյունային: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափսն ըստ տրամագծի՝ 0.035" (0.89 մմ): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության<br>ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2024/16-6-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |       |                            |   |
|------------|---------------------|-------|----------------------------|---|
|            | товарный знак       | марка | наименование производителя | технические характеристики  |
| 17         | Radifocus Guidewire | .     | Terumo                     | Проводниковый шнур с осью из жесткого нитинола, покрытый слоем вольфрам содержащего рентгенконтрастного полиуретана. Требуемая длина для проводникового шнура - 260 мм. Покрыта специальным гидрофильным покрытием и гипер гибким. Длина гибкой части конца 3см, форма угловая. В зависимости от индивидуальных особенностей оперируемого сосуда- требования к длине 0.035" (0.89 мм). Обязательным условием является наличие сертификата качества CE MARK, для любого количества доставляемого товара. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводского руководства должны прилагаться. На момент поставки имеет не менее 50% |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>от всего срока действия «Товар, приобретаемый в рамках «бесплатной медицинской помощи и услуг для населения» с целью тромболитического лечения и предоставления услуг механической тромбэктомии при остром и/или подостром ишемическом инсульте головного мозга».</p> |
|--|--|--|--|--|