ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/8 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Analysette 22 Next Nano	Analysette 22 Next Nano	Analysette 22 Next Nano	Analysette 22 Next Nano	Չափման միջակայքը՝ 0,01 – 3800 մկմ, Վերլուծության մեթոդ՝ Ստատիկ լույսի ցրում (լազերային դիֆրակցիա), Վերլուծության տեսակ՝ Պինդ մարմինների, կախույթների և էմուլսիաների մասնիկների չափի թաց չափում, Չափման արժեք՝ Մասնիկների չափ, Տեսություն՝ Ֆրաունհոֆեր, Մի Ստանդարտ առնվազն ISO 13320, Օպտիկական դիզայն՝ Reverse Fourier դիզայն, Լազեր կանաչ (λ = 532 նմ, մոտ 1 մՎտ) Լազերի ճառագայթների հավասարեցում՝ Ավտոմատ, Լազերի դաս՝ ըստ IEC

						60825-1 դասի 1 Լազերի ծառայության ժամկետ Առնվազն 10000 ժամ, Դետեկտոր Հատուկ նախագծված կիսահաղորդչային դետեկտոր, Դետեկտորային ալիքների քանակ՝ Ոչ ավելի, քան 60 տարր, Մեծ անկյան դետեկտորներ `Այո, Հետ ցրման ալիքներ՝ Այո, Չափվող բջիջ Պետք է տեղակայված լինի լազերային ճառագայթի նկատմամբ որևէ անկյան տակ, որպեսզի գրանցվի ցրման շատ մեծ անկյուններ, Օպտիկական տարրեր դետեկտորի և չափիչ բջիջի միջև - օպցիոն Չափման տիպիկ ժամանակ 5 – 10 վրկ (անհատական չափման արժեքի գրանցում) 1 րոպե (ամբողջ չափման ցիկլը), Գնահատում Մասնիկների չափի բաշխումը որպես ընդհանուր կորի, գծապատկերի կամ աղյուսակի տեսքով Չուտ քաշը 25+/-3 կգ, Չափերը (լ x խ x բ) 65 x 32 x 30 սմ +/-3 սմ, Աշխատանքը վերահսկելու, պարամետրերը փոխելու և անհատական համակարգչի միջոցով վերլուծության տեխնիկա ստեղծելու հնարավորություն ՝ Այո Կառավարման համակարգչի վրա

						նախապես տեղադրված ծրագրակազմը պետք է թույլ տա. -Ֆրաունհոֆերի և Միի տեսությունների վերաբերյալ տվյալների վերլուծություն; -չափման գործընթացի վերահսկում ստանդարտի միջոցով գործառնական ընթացակարգեր; -անհատական հաշվետվությունների և սխեմաների ստեղծում; -համեմատական կորերի և Min-Max գրաֆիկների կառուցում; -տվյալների ելք՝ օգտագործողի կողմից կամայականորեն սահմանված արժեքների աղյուսակային ձևով; -վիճակագրական տվյալների մշակում; -համեմատական տվյալների ձեռքով մուտքագրում; -մաղման արդյունքների հաշվառում; -այլ չափման մեթոդների արդյունքների վերահաշվարկ; -տվյալների արտահանում Excel™; -տվյալների բազայի որոնում՝ հիմնված SQL-ի վրա Երաշխիքային ժամկետ՝ Առնվազն 24 ամիս, Էլեկտրամատակարարում՝ 220 (+10-15%) V, 50-60 Հց, Ծրագրային ապահովում MaS կառավարման

						ծրագրակազմ՝ համակարգչում նախապես տեղադրված չափումների արդյունքները վերահսկելու, գրանցելու և գնահատելու համար, ներառյալ. մոնիտոր, ստեղնաշար և մկնիկ: Համակարգի պահանջներ (հաճախորդի կողմից տրամադրվող համակարգիչների համար) Ստանդարտ Windows համակարգիչ, 4 ԳԲ RAM, առնվազն Windows 10, USB պորտ, մոնիտոր, ստեղնաշար, մկնիկ: ԹԱՑ ԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՄԻԱՎՈՐ Թաց դիսպերսման տեսակը Փակ հեղուկի շրջանառության համակարգ Սուսպենզիայի ծավալը 150 – 500 մլ, փոփոխական Ռադիկալ պոմպ Կարգավորվող արագությամբ 3.5 լ/րոպե պոմպային կախոցների համար Նյութեր՝ նմուշների ցիրկուլյացիոն համակարգում Բարձրորակ չժանգոտվող պողպատ 316L, PTFE, BK7 ապակի, Viton®, LEZ SIL®-ից պատրաստված խողովակներ Բենզինի, սպիրտների և այլ օրգանական լուծիչների օգտագործման հնարավորությունը որպես դիսպերս միջավայր Այո Փոխակերպման հավաքածու՝

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԿԿ-ԷԱՃՍԳՀԲ-24/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Analysette 22 Next Nano	Analysette 22 Next Nano	Analysette 22 Next Nano	Analysette 22 Next Nano	Չափման միջակայքը՝ 0,01 – 3800 մկմ, Վերլուծության մեթոդ՝ Ստատիկ լուսյան ցրում (լազերային դիֆրակցիա), Վերլուծության տեսակ՝ Պինդ մարմինների, կախույթների և էմուլսիաների չափ՝ 50 նմանատիպերի չափի թաց չափում, Չափման արժեք՝ Մասնիկների չափ, Տեսություն՝ Ֆրաունհոֆեր, Մի նյութեր Բարձրորակ չժանգոտվող պողպատ 316L, Viton®, LEZ SIL®-ից պատրաստված խողովակներ Նմուշի բնութագրեր Կախույթներ, էմուլսիաներ և պինդ նյութեր, որոնք ագլոմերացվում են Նմուշի քանակությունը 10 մգ (մկմ-ով բնութագրվող) մինչև մի քանի գրամ (մմ-ով բնութագրվող)՝ կախված նմուշի տեսակից և մասնիկների չափից Գործառնական ռեժիմների վերահսկում համակարգչի միջոցով Վստոմատ Չափված նմուշը հեռացնելու համակարգ Այո Չուտ քաշը 13+/-1 կգ Չափերը (լ x խ x բ) 30 x 30 x 30 սմ +/-3 ՕՐԼՏՐՉԱՅՅԿՅԲՆ ՏՕՐՓ ելք կարգավորելի առկվազն մինչև 50 Վտ Նմուշների ցիրկուլյացիոն համակարգում օգտագործվող Ստանդարտ առնվազն ISO 13320, Օպտիկական դիզայն՝ Reverse Fourier դիզայն, Լազերի կանաչ (λ = 532 նմ, մոտ 1 մՎտ) Լազերի ճառագայթների հավաստիացում ագլոմերացվում են Մաքուր քաշը՝ Ընդհանուր, Լազերի դաս՝ ըստ IEC 5+/-0.5 կգ Չափերը (լ x խ x բ) 30 x

					10 x 60 x 26 սմ (դարակ 1) Ամրացումը ծալովի աղյուսակին Ներառված է 1000 հատ պտուտակներ Հատուկ հարմարանք Ոլորող մոմենտ Ներառված է ալիքների քանակ 60 դիագրամ Մեծ անկյունային ռեզոնատոր Ձայնի ուղղություն Առջև, - Ձախ վարդակ Ներառված է 1 հոսքի լազերային ջրի ստացում 1 կամար, Աղբյուրի ներառված կրկնակ, որպես կարգավորվող հաճախականություն անկյուն Ներառված է 1 համար դեպի ներքև կամ ձախ - օպցիոն Ձախ մատակարարում 5 աշխ 10 գլխիկ (համեմատական չափեր ալբ/վերջի պահպանում) - նպատակ (բարձր չհարմանացիկը) Գնահատում Մասնիկների բաշխումը
					որպես ընդհանուր կորի, գծապատկերի կամ աղյուսակի տեսքով Ձուտ քաշը 25+/-3 կգ, Չափերը (լ x խ x բ) 65 x 32 x 30 սմ +/-3 սմ, Աշխատանքը վերահսկելու, պարամետրերը փոխելու և անհատական համակարգչի միջոցով վերլուծության տեխնիկա ստեղծելու հնարավորություն ՝ Այո Կառավարման համակարգչի վրա

						նախապես տեղադրված ծրագրակազմը պետք է թույլ տա. -Ֆրաունհոֆերի և Միի տեսությունների վերաբերյալ տվյալների վերլուծություն; -չափման գործընթացի վերահսկում ստանդարտի միջոցով գործառնական ընթացակարգեր; -անհատական հաշվետվությունների և սխեմաների ստեղծում; -համեմատական կորերի և Min-Max գրաֆիկների կառուցում; -տվյալների ելք՝ օգտագործողի կողմից կամայականորեն սահմանված արժեքների աղյուսակային ձևով; -վիճակագրական տվյալների մշակում; -համեմատական տվյալների ձեռքով մուտքագրում; -մաղման արդյունքների հաշվառում; -այլ չափման մեթոդների արդյունքների վերահաշվարկ; -տվյալների արտահանում Excel™; -տվյալների բազայի որոնում՝ հիմնված SQL-ի վրա Երաշխիքային ժամկետ՝ Առնվազն 24 ամիս, Էլեկտրամատակարարում՝ 220 (+10-15%) V, 50-60 Հց, Ծրագրային ապահովում MaS կառավարման

						ծրագրակազմ՝ համակարգչում նախապես տեղադրված չափումների արդյունքները վերահսկելու, գրանցելու և գնահատելու համար, ներառյալ. մոնիտոր, ստեղնաշար և մկնիկ: Համակարգի պահանջներ (հաճախորդի կողմից տրամադրվող համակարգիչների համար) Ստանդարտ Windows համակարգիչ, 4 ԳԲ RAM, առնվազն Windows 10, USB պորտ, մոնիտոր, ստեղնաշար, մկնիկ: ԹԱՑ ԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՄԻԱՎՈՐ Թաց դիսպերսման տեսակը Փակ հեղուկի շրջանառության համակարգ Սուսպենզիայի ծավալը 150 – 500 մլ, փոփոխական Ռադիկալ պոմպ Կարգավորվող արագությամբ 3.5 լ/րոպե պոմպային կախոցների համար Նյութեր՝ նմուշների ցիրկուլյացիոն համակարգում Բարձրորակ չժանգոտվող պողպատ 316L, PTFE, BK7 ապակի, Viton®, LEZ SIL®-ից պատրաստված խողովակներ Բենզինի, սպիրտների և այլ օրգանական լուծիչների օգտագործման հնարավորությունը որպես դիսպերս միջավայր Այո Փոխակերպման հավաքածու՝

						ծայրահեղ քիմիական դիմադրության համար (ցանկալի է) Նմուշի նյութի բնութագրերը Կախույթներ, էմուլսիաներ և պինդ նյութեր, որոնք չեն ագլոմերացվում, չեն լուծվում դիսպերսիոն հեղուկներում կամ վատ են լուծվում կամ կպչուն են Նմուշի քանակությունը 10 մգ (մկմ-ով բնութագրվող) մինչև մի քանի գրամ (մմ-ով բնութագրվող)՝ կախված նմուշի տեսակից և մասնիկների չափից Գործառնական ռեժիմների վերահսկում համակարգչի միջոցով Ավտոմատ Չափված նմուշը հեռացնելու համակարգ Այո Զուտ քաշը 13+/-1 կգ Չափերը (լ x խ x բ) 30 x 30 x 30 սմ +/-3 ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՏՈՒՓ ելք կարգավորելի առնվազն մինչև 50 Վտ Նմուշների ցիրկուլյացիոն համակարգում օգտագործվող նյութեր Բարձրորակ չժանգոտվող պողպատ 316L, Viton®, LEZ SIL®-ից պատրաստված խողովակներ Նմուշի բնութագրեր Կախույթներ, էմուլսիաներ և պինդ նյութեր, որոնք ագլոմերացվում են Մաքուր քաշը՝ 5+/-0.5 կգ Չափերը (լ x խ x բ) 30 x

					10 x 30 սմ (+/-3 սմ) Առաքումը պետք է ներառվի. - լազերային մասնիկների չափսեր 1 հատ; - խոնավ ցրման միավոր 1 հատ; - Ուլտրաձայնային տուփ ցրման համար 1 հատ; - Խոնավ դիսպերսիոն միավորի չափիչ բջիջի պահեստային ապակի 2 հատ; - Ստանդարտ կնիքների հավաքածու հոսքի չափման բջիջի համար 1 հատ; - Արտաքին պոմպ ջրի մատակարարման համար թաց ցրման միավոր 1 հատ: Գործառնական փաստաթղթերի փաթեթը պետք է ներառի. - շահագործման ձեռնարկ ռուսերեն և/կամ անգլերեն; - սպասարկման հրահանգ ռուսերեն և/կամ անգլերեն: