

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Leon Plus	Leon Plus	Leon Plus	Lowenstein Medical	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը համալրված է՝ արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակուումի համակարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը 4 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով,

պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով,  
ներկառուցված դարակներով:  
Գոլորշացուցիչները փոփոխական  
շրջանցիկ, ամբողջությամբ  
փոխհատուցվող մեթոդով:  
Շնչառության ծավալը 3 -1,600 մլ  
միջակայքում, ներշնչման դադարը  
0-90% միջակայքում, շնչառության  
հաճախականությունը 4-80 շնչ/րոպե  
միջակայքում, ներշնչման հոսքը 180  
լ/ր, պասիվ անզգայացնող գազի  
հեռացում, CO2-ի կոնցենտրացիայի  
արտացոլում ներկառուցված  
մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի  
հաշվարկում էլեկտրոնային  
անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի  
տվիչի արձագանքը 0,45վ,  
աշխատանքը ներկառուցված  
մարտկոցներից 100ր, Դիտարկման  
հնարավորությունները՝ թայմերի  
առկայություն բոլոր ռեժիմներում,  
ներկառուցված 15 դույմանոց  
մոնիտոր: Կորեի արտացոլման  
հնարավորության առկայություն՝  
ճնշում, հոսք, ծավալ, CO2,  
Հալոտան, Իզոֆլուրան, Էնֆլուրան,  
սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին:  
Գրաֆիկական և թվային տրենդների  
առակայություն - Ppeak, Pmean,

				<p>PEEP, MV, CO2 insp. / exp., O2 insp. / exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն: Տազնապների պահպանում և արտահանում: Սարքը հնարավորություն ունի հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝ իզոֆլուրան և սեվոֆլուրան, «Freshgas» պորտ: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետը 24 ամիս, տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից, օգտագործման ձեռնարկ: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC):</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/19  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					