

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիստրիբյուցիոն ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Eltra GmbH	ELEMENTRAC CS-i	Eltra GmbH	Eltra GmbH	Ածխածին և ծծումբ տարրերի անալիզատորը հնարավորություն է տալիս միաժամանակ որոշել ածխածնի և ծծմբի կոնցենտրացիաները հիմնականում անօրգանական տիպի նմուշներում՝ ինդուկցիոն վառարանում նշված նմուշների այրման արդյունքում առաջացած գազային արգասիքների՝ ածխածնի երկօքսիդի և ծծմբի երկօքսիդի քանակության որոշման միջոցով: Անալիզատորը պետք է ունենա 4 իրարից անկախ ինֆրակարմիր խցիկներ ածխածնի և ծծմբի

որոշման համար, որը
հնարավորություն է տալիս ճշգրիտ
անալիզը իրականացնել ինչպես
բարձր, այնպես էլ ցածր ածխածնի և
ծծմբի պարունակությամբ նմուշների
դեպքում: Նմուշի վառարան մտնելու
ուղղությունը՝ ուղղահայաց, իսկ
նմուշի կրիչը՝ կերամիկական
տիգելներ: Ինդուկցիոն վառարանում
2000°C-ից բարձր ջերմաստիճանը
ապահովվում է նմուշի լրիվ
քայքայում, և հետևաբար, տարրերի
հուսալի և ճշգրիտ անալիզի
իրականացում կոնցենտրացիաների
լայն տիրույթում: Կրող գազի հոսքը
կառավարող ծրագրային
ապահովման մեջ նախնական
կարգավորումներ պինդ և
փոշենման նմուշների համար:
Տարրերի անալիզատորը պետք է
համապատասխանի միջազգային
ստանդարտների պահանջներին,
ինչպիսիք են՝ ASTM E1019, DIN EN
ISO 15350 կամ գերազացի դրանց:
500 մգ նմուշի համար տարրերի
որոշման տիրույթ: Ածխածին 0,0001
- 14% 500մգ նմուշի համար: Ծծմբի
0,0001 - 12,8% 500մգ նմուշի
համար: Չափման ճշգրտություն

(հիմնված 1000 մգ նմուշի վրա):
Ածխածին - 0,0002 մգ (0,2 ppm):
Ծծումբ - 0,0002 մգ (0,2 ppm):
Անալիզի տևողությունը՝ 40
վարկյան: Ցիկլի տևողությունը՝ 80
վայրկյան: Արտադրողականությունը՝
Ժամում 45 նմուշ: Նմուշի օրինակելի
չափը՝ 50-1000մգ: Չափման մեթոդ՝
Նմուշի այրում ինդուկցիոն
վառարանում, որին հաջորդում է
առաջացած ածխածնի և ծծմբի
դիօքսիդների հայտնաբերում
ինֆրակարմիր կլանման մեթոդով:
Քիմիական ռեակտիվներ -
մազնեզիումի պերքլորատ,
Նատրիումի հիդրօքսիդ, պլատինի
հիման վրա կատալիզատոր
(պլատինացված սիլիցիում),
ցեյուլոզա: Վառարանը՝ ինդուկցիոն
վառարան 2,2կՎԱ (հզորության
կարգավորում 0-100%):
Աշխատանքային պայմանները - 15 -
35 օC; 20-80% հարաբերական
խոնավություն (առանց
կոնդենսացիայի): Էլեկտրական
հոսանքի սնուցում - 230 Վ AC ±10
%, 50/60 Հց, ապահովիչը՝ 16 Ա:
Քաշը ոչ ավելի, քան 160 կգ: Սարքի
առավելագույն չափերը (LxPxT) -

				<p>550 x 800 x 800 մմ: Անհրաժեշտ պարագաներ: Կոմպրեսոր - 38լ/րոպե, 8 բար: Կշեռք (0,0001գ ճշտությամբ): Համակարգիչ - առնվազն IntelCore i5-8400, 256 ԳԲ հիշողության կրիչ; 8 ԳԲ RAM; Windows 10 օպերացիոն համակարգ: Թթվածնի կարգավորիչ - 1 հատ: Մեկնարկային հավաքածու 1000 հատ անալիզի իրականացման համար՝ 1000 տիգել, 2500գ վոլֆրամ, 908գ մաքուր երկաթ-արագացուցիչ, 50 գ ապակյա բամբակ, 50 գ ցեյլուրգա, 50 գ ԴՄՅ քվարցե բամբակ: Կերամիկական տիգելներ Ø 1" - 2000 հատ: Սարքի ստուգաչափման համար տարբեր կոնցենտրացիայի ստուգաչափման ստանդարտներ: Կատալիզատոր - Pt/Si, 15 գ: Ծրագրային ապահովում՝ Հետագա արդիականացման կամընտիր պարագաներ՝ - ավտոբեռնիչ 36 կամ 130 դիրքի համար - կրող գազի մաքրիչ - հալոգեն թակարդ - փոշեկուլ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТОО Дистритек в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом P4P4-ECXUQF-24/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Eltra GmbH	ELEMENTRAC CS-i	Eltra GmbH	Eltra GmbH	Анализатор углерода и серы Элементный анализатор для измерения концентрации углерода и серы в неорганических пробах путем сжигания в индукционной печи и последующего анализа газообразных продуктов сгорания диоксида углерода и диоксида серы. Анализатор должен быть снабжен 4 инфракрасными кюветами для определения углерода и серы, что позволяет выполнять измерения на одном анализаторе как высоких, так и низких концентраций. Направление

ввода пробы в печь - вертикальная, подача пробы в печь с помощью керамических тиглей Температура более 2000 °С, обеспечивающая полное разложение образца и, следовательно, надежный и точный элементный анализ в широком диапазоне концентраций. Направление ввода пробы в печь должна быть вертикальная, подача пробы в печь с помощью керамических тиглей. Предварительная настройка в программном обеспечении для твердых и пылевидных образцов, которая контролирует поток газ-носителя. Элементный анализатор должен соответствует требованиям международным стандартам, таких как ASTM E1019, DIN EN ISO 15350, или превосходит их. Рабочий диапазон для элементов, на основе образца 500 мг Углерод 0,0001 - 14 % для пробы 500 мг Сера 0,0001 - 12,8 % на пробу 500 мг Время анализа 40 секунд (номинальное) Время цикла 80 секунд (номинальное) Производительность 45 образцов в час (номинальная)

Типичный размер выборки 50-1000 мг Метод измерения - Сжигание в индукционной печи с последующим инфракрасным обнаружением диоксида углерода и диоксида серы. Химические реактивы «Перхлорат магния; Натрия гидроксид; Платинированный кремний; Целлюлоза» Печь - Индукционная 2,2 кВА (регулировка мощности 0-100 %) Условия эксплуатации - 15 - 35 °С; 20 - 80 % отн. влажность (без конденсации) Требования к электропитанию - 230 В переменного тока $\pm 10\%$, 50/60 Гц; Предохранитель 16 А Вес не превышающий - ок. 160 кг Габариты не превышающие (Ш x В x Г) — 550 x 800 x 800 мм. Необходимые аксессуары включены Компрессор - 38л/мин, 8 бар Весы - (разрешение 0,0001 г) Компьютер не ниже Intel Core i5-8400, накопитель объемом 256 ГБ; 8 ГБ оперативной памяти; операционная система Windows 10; Регулятор кислорода - 1 шт. Стартовый набор на 1000 анализов - 1000 тиглей, 2500 г вольфрама, 908 г чистого

железа-ускорителя, 50 г
стекловаты, 50 г целлюлозы,
50-ГЛЗ-г-ГЛЗ-кварцевой ваты
керамические тигли Ø 1" - 2000 шт.
Калибровочные стандарты разной
концентрации - для калибровки
прибора. Катализатор - Pt/Si, 15 г
Программное обеспечение
Дополнительная информация - Для
последующей модернизации в
будущем, прибор имеет
возможность для обновления
следующих опций - «Автозагрузчик
на 130 позиций; очиститель газа-
носителя"! Elements Working Range,
based on a 500 mg sample
Instrument Range Carbon 0.0001 - 14
% 0.0006 - 70 mg (0.6 ppm - 7 % for
a 1000 mg sample) (1 ppm - 14 % for
a 500 mg sample) Sulfur 0.0001 -
12.8 % 0.0006 - 64 mg (0.6 ppm - 6.4
% for a 1000 mg sample) (1 ppm -
12.8 % for a 500 mg sample) Analysis
time 40 seconds (nominal) Cycle time
80 seconds (nominal) Throughput 45
samples per hour (nominal) Typical
sample size 50 -1000 mg Measuring
method Combustion via Induction
furnace followed by Infrared detection

for carbon dioxide © and sulfur dioxide (S) Chemical reagents Magnesium perchlorate Sodium hydroxide Platinized silica Cellulose Furnace Induction 2.2 kVA (power adjustable 0 - 100 %) Operation conditions 15 - 35 °C; 20 - 80 % rel. humidity (not condensing) Electrical power requirements 230 VAC ±10 %, 50/60 Hz; 16 A fuse Weight Approx. 150 kg Dimensions (W x H x D) 520 x 840 x 750 mm Required Accessories Compressor 38L/min, 8 bar Balance (resolution 0.0001 g) Computer no less than Intel Core i5-8400 Processor, 256 GB SSD; 8 GB RAM; Windows 10 operating system; Regulator of oxygen 1 Pcs Starter-kit for 1,000 analyses 1,000 crucibles, 2,500 g tungsten, 908 g pure iron accelerator, 50 g glass wool, 50 g cellulose, 50-GLZ-g-GLZ-quartz wool ceramic crucibles Ø 1" 2000 Pcs Calibration standard Steel, chips, 0.001 - 0.01% C, 100 g Calibration standard Steel, chips, 0.01 - 0.05% C, 100 g Calibration standard Steel, chips, 0.05 - 0.1% C, 100 g Calibration standard Steel, chips, 0.5

				<p>- 1.0% C, 100 g Calibration standard Coal premium, <1% S, 50 g Calibration standard Coal, 50 r 0.5 - 1.0% S Calibration standard Coal, 2 - 3% S, 50 g Calibration standard Coal, 50 g (4.0 -5.0%S) Pt/Si catalyst, 15 g Option for later upgrade 130-position autoloader; carrier gas purifier Presetting in the software for solid and dusty samples, which controls the carrier gas flow.</p>
--	--	--	--	---