

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Medec International bv	MEDEC	Caelus Lite	Medec International bv	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը համալրված է արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակուումի համարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը` 2-3 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով,

պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով,
ներկառուցված դարակներով:
Գոլորշացուցիչները փոփոխական
շրջանցիկ, ամբողջությամբ
փոխհատուցվող մեթոդով:
Շնչառության ծավալը՝ 5 -1600 մլ
միջակայքում, ներշնչման դադարը՝
0-60% միջակայքում, շնչառության
հաճախականությունը՝ 2-100
շնչ/րոպե միջակայքում, ներշնչման
հոսքը՝ 180 լ/ր, պասիվ
անզգայացնող գազի հեռացում,
CO2-ի կոնցենտրացիայի
արտացոլում ներկառուցված
մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի
հաշվարկում էլեկտրոնային
անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի
տվիչի արձագանքը՝ 0,45վ,
աշխատանքը ներկառուցված
մարտկոցներից՝ 90ր, Դիտարկման
հնարավորությունները՝ թայմերի
առկայությունն բոլոր ռեժիմներում,
ներկառուցված 18.5 դոլյմանոց
մոնիտոր: Կորերի արտացոլման
հնարավորության առկայությունը՝
ճնշում, հոսք, ծավալ, CO2,
Հալոտան, Իզոֆլուրան, Էնֆլուրան,
սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին:
Գրաֆիկական և թվային տրենդների

առակայություն - Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. / exp., O2 insp. / exp., ազդող կյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն: Տափնապների պահպանում և արտահանում: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝ իզոֆլուրան և սեվոֆլուրան, «Freshgas» պորտ: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետը՝ 24 ամիս, տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից, օգտագործման ձեռնարկ: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗПНГІСБГ УПД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Medec International bv	MEDEC	Caelus Lite	Medec International bv	Наркозно-дыхательный аппарат для взрослых и новорожденных, с микропроцессорным управлением, пневматической ингаляционной системой, аппарат имеет датчики потока типа на выдохе и вдохе. Встроенная система вакуума. Электронная настройка РЕЕР. Самопроверка системы 2-3 минут. Аппарат имеет - датчик утечек, автоматическую идентификацию анестетического газа, парамагнитическую ячейку кислорода, встроенные ящики, дыхательный мешок с датчиком

застревания, испарители с переменным байпасом и полностью компенсационным методом. Объём дыхания 5-1600 мл, инспираторная пауза 0-60%, частота дыхания 2-100 вдохов / мин, поток вдоха 180 л/мин, пассивный вывод анестетика, Вывод концентрации CO₂ на встроенный экран, расчет объема выдоха анемометрическим способом, отклик кислородной ячейки 0.45с, работа от встроенных аккумуляторных батарей 90 мин.

Параметры наблюдения` возможность таймера во всех режимах, встроенный 18.5-дюймовый монитор.

Возможность отображения следующих кривых` давление, поток, объём, CO₂, Галотан, Изофлуран, Энфлюран, Севофлуран, Десфлуран, кислород.

Наличие графических и цифровых трендов - P_{peak}, P_{mean}, PEEP, MV, CO₂ insp. / exp., O₂ insp. / exp., активного вещества, сопротивление легких, статическое/динамическое соответствие, Сохранение и

				<p>вывод тревог на внешние носители. Аппарат имеет возможность вывода следующих параметров на экран: сопротивление легких, статическое/динамическое соответствие, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, Agent. Комплектация: Наркозный аппарат, Испаритель 2 шт: изофлюран и севофлюран, Порт «Freshgas», Гарантийный срок на оборудование 24 месяцев, установка и обучение осуществляет поставщик, Инструкция по эксплуатации. Сертификаты качества (наличие): ISO13485, CE (Директива 93/42/ЕЕС).</p>
--	--	--	--	---