

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻՆԱՐԵ ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Վիրահատական լուսատու առաստաղային	ՉԺՀ	ՉԺՀ	ՉԺՀ	Վիրահատական լուսատու առաստաղային; Ոչ պակաս քան 2 գմբեթի առկայություն; LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն; Լուսային դիոդների պիտանելիության ժամկետ ոչ պակաս քան 50.000 ժամ; Լուսային դիոդների քանակը ոչ ավելի քան 180 հատ; Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը` 1 մ), ոչ պակաս քան 160,000 լյուքս; CRI ինդեքսը` ոչ պակաս քան 93; Գունային ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակությունը ոչ պակաս քան 3, ընդ որում առաջին

ռեժիմը 3800±500Կ, երկրորդ ռեժիմը 4400±500Կ, երրորդ ռեժիմը 5000±500Կ; Պայծառության ինտենսիվության կարգավորման առկայություն; Կառավարման վահանակով լույսի ինտենսիվության կարգավորման համար էլեկտրոնային համակարգի առկայություն; Ինտենսիվության վերահսկողությունը ոչ պակաս քան 6 քայլ; Լուսային դաշտի տրամագիծը ոչ պակաս քան 220-ից մինչև 300 մմ տիրույթում; Լամպի վերահսկման համար անհրաժեշտ շարժական և ավտոկլավային մանրէազերծման ենթակա կենտրոնական բռնակների առկայությունը; Սնուցում՝ 220Կ, 50/60 Հց; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Սարքավորումը պետք է ամրացվի մոտ 2,7 մետր բարձրությամբ կախովի առաստաղի մակարդակով (վիրահատարանների ընդհանուր բարձրությունը մոտ 3 մետր է, վերջնական չափսերը

				<p>կճշգրտվեն վիրահատարանների վերջնական կառուցապատումից հետո); Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ամրակները լուսատուն առաստաղին ամրացնելու համար, օգտագործողի ձեռնարկ, մանրէազերծման ենթակա բռնակներ՝ 4 հատ և այլն); Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք;-CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЛИНАРЕ МЕД» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2024/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					