ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/30 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով; Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից; Ոչ պակաս քան 4 անիվների առկայություն; Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն; Ռենտգենյան ճառագայթների թափանցելիություն ամբողջ սեղանի երկարությամբ; Սեղանի մակերեսի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2100 մմ ± 100 մմ; Սեղանի մակերեսի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 550 մմ ± 20 մմ; Սեղանի

						նվազագույն բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 730 մմ ± 50 մմ; Սեղանի առավելագույն բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 980 մմ ± 50 մմ; Հորիզոնական և երկայնական շարժումն ոչ պակաս քան՝ 330 մմ ± 30 մմ; Շարժումը (Backboard upwards/downwards)՝ ոչ պակաս քան 70°/10°; Տրենդելենբուրգ՝ ոչ պակաս քան -25°/+25°; Սեղանի թեքում (ձախ / աջ)՝ ոչ պակաս քան 15 աստիճան; Գլխային հատվածի թեքում (Tilit ՝ ոչ պակաս քան 40° / 90°; Ոտքերի հատվածի շարժումը (վերև / ներքև)՝ 15° / 90°; Ոտքերի հատվածի թեքումը՝ ոչ պակաս քան 90°; Երիկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս քան 110մմ; Սնուցում՝ 220Վ, 50/60 Հց; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ

					են լիարժեք գործունեության համար (օրթոպեդիկ կցորդ `բոլոր տեսակի օրթոպեդիկ գործողությունների հետ աշխատելու համար + ունիվերսալ գործողություններ) և այլն:; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով	Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով; Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից; Ոչ պակաս քան 4 անիվների առկայություն; Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն; Ռենտգենյան ճառագայթների թափանցելիություն ամբողջ սեղանի երկարությամբ; Սեղանի մակերեսի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2100 մմ ± 100 մմ; Սեղանի մակերեսի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 550 մմ ± 20 մմ; Սեղանի

						նվազագույն բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 730 մմ ± 50 մմ; Սեղանի առավելագույն բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 980 մմ ± 50 մմ; Հորիզոնական և երկայնական շարժումն ոչ պակաս քան՝ 330 մմ ± 30 մմ; Շարժումը (Backboard upwards/downwards)՝ ոչ պակաս քան 70°/10°; Տրենդելենբուրգ՝ ոչ պակաս քան -25°/+25°; Սեղանի թեքում (ձախ / աջ)՝ ոչ պակաս քան 15 աստիճան; Գլխային հատվածի թեքում (Tilit ՝ ոչ պակաս քան 40° / 90°; Ոտքերի հատվածի շարժումը (վերև / ներքև)՝ 15° / 90°; Ոտքերի հատվածի թեքումը՝ ոչ պակաս քան 90°; Երիկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս քան 110մմ; Սնուցում՝ 220Վ, 50/60 Հց; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ

					են լիարժեք գործունեության համար (օրթոպեդիկ կցորդ `բոլոր տեսակի օրթոպեդիկ գործողությունների հետ աշխատելու համար + ունիվերսալ գործողություններ) և այլն:; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք: