ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/30 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Էնդոսկոպիկ համակարգ՝ Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ	Էնդոսկոպիկ համակարգ՝ Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ	Էնդոսկոպիկ համակարգ՝ Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ	Էնդոսկոպիկ համակարգ՝ Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ	Էնդոսկոպիկ համակարգ՝ Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ; Լույսի աղբյուր; Պետք է ունենա պայծառության ձեռքի և ավտոմատ կարգավորման հնարավորություն; Հիմնական լամպի և պահեստային լամպի առկայություն; Հիմնական լամպը LED կամ քսենոն, լամպի հզորությունը քսենոն լամպի դեպքում՝ ոչ պակաս քան 175 W, LED լամպի դեպքում՝ դրան համարժեք; Պահեստային լամպը LED կամ քսենոն, լամպի հզորությունը քսենոն լամպի դեպքում՝ ոչ պակաս քան 175

						W, LED լամպի դեպքում՝ դրան համարժեք; Պետք է ունենա պահեստային լամպին ավտոմատ կերպով անցնելու գործառույթ առանց բժշկական անձնակազմի մասնակցության՝ հիմնական լամպի փչանալու դեպքում; Լույսի ելքի կետի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 5 մմ; Լամպի կյանքի տևողությունը՝ քսենոն լամպի դեպքում ոչ պակաս քան 500 ժամ, LED լամպի դեպքում ոչ պակաս քան 10000 ժամ; Լուսավորության ավտոմատ կառավարման գործառույթի առկայություն; Պետք է ունենա էնդոսկոպի ճանաչման գործառույթ; Պետք է ունենա օդային պոմպի միակցիչ; Տեսանյութերի պրոցեսոր; Ոչ պակաս քան HD վիդեո պրոցեսոր; Պետք է ունենա բարձր հստակության տեսանյութ; Պետք է լինի աղմուկի նվազեցում և պատկերի բարելավում; Պետք է լինի պայծառության ավտոմատ հավասարեցում; Պետք է ունենա էնդոսկոպի նույնականացում; Մուտքային և ելքային պորտեր (ոչ պակաս քան); Տեսանյութի ելք. DVI, SDI, S-video; Ոտքի վերանջատիչ

						պորտ; Ethernet ցանցի պորտ; USB պորտ; Լույսի աղբյուրի հաղորդակցման պորտ; Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 1280x720; Ունենա սպիտակ հավասարակշռության հիշողություն; Ունենա սպիտակ ավտոմատ հավասարակշռություն; Գույնի տոնայնության ճշգրտում Պետք է ունենա ոչ պակաս քան կարմիր և կապույտ տոնայնությունների ճշգրտում; Պետք է ունենա IRIS գործառույթ; Պետք է ունենա ոչ պակաս քան x1.8 պատկերի մեծացման հնարավորություն; Պատկերի սառեցում / պահեստավորում; Մեթոդներ. հեռակառավորման կոճակ, ստեղնաշար կամ ոտնակ; Դիսփլեյ ցուցադրման ռեժիմ՝ ստանդարտներ / ամբողջական էկրան; Գունային էկրան. Միացնել / անջատել; Պատկերները և տեսանյութերը USB կրիչում պահելու հնարավորություն; Գաստրոսկոպ; Աշխատանքային երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1050 մմ; Ընդհանուր երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1350 մմ; Դիստալ վերջույթի

						տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 9,6 մմ; Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 9,8 մմ; Դաշտի խորությունը՝ 3-100 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 10%; Գործիքային անցքի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 2.8 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 10%; Դաշտի տեսարան՝ ոչ պակաս քան 140o; Վերջույթի շեղում. Վերև/ներք՝ ոչ պակաս քան 120o/90o; Ձախ/աջ՝ ոչ պակաս քան 100o/100o; Կոլոնոսկոպ; Աշխատանքային երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1650 մմ; Ընդհանուր երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1950 մմ; Դիստալ վերջույթի տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 12,8 մմ; Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 12,8 մմ; Դաշտի խորությունը՝ 3-100 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 10%; Գործիքային անցքի տրամագիծը՝ 3,7-3,8 մմ տիրույթում; Գործիքային անցքի դիտման նվազագույն հեռավորությունը՝ ոչ ավելի քան 3 մմ; Դաշտի տեսարան՝ ոչ պակաս քան 140o; Վերջույթի շեղում. Վերև/ներք՝ ոչ պակաս քան

180o/180o; Ձախ/աջ` ոչ պակաս քան 160o/160o; Այլ պարագաներ; Պետք է լինի անիվներով շարժական սայլակ անհրաժեշտ մասերով; Պետք է ունենա հատուկ բժշկական մոնիտոր` ոչ պակաս քան 24"; Հերմետիկության ստուգիչի առկայություն; Այլ պայմաններ; Ոչ պակաս քան 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի; Մոնտաժային մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար; Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն; Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար; Որակի վկայականներ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Էնդոսկոպիկ համակարգ` Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ	Էնդոսկոպիկ համակարգ` Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ	Էնդոսկոպիկ համակարգ` Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ	Էնդոսկոպիկ համակարգ` Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ	Էնդոսկոպիկ համակարգ` Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ; Լույսի աղբյուր; Պետք է ունենա պայծառության ձեռքի և ավտոմատ կարգավորման հնարավորություն; Հիմնական լամպի և պահեստային լամպի առկայություն; Հիմնական լամպը LED կամ քսենոն, լամպի հզորությունը քսենոն լամպի դեպքում` ոչ պակաս քան 175 W, LED լամպի դեպքում` դրան համարժեք; Պահեստային լամպը LED կամ քսենոն, լամպի հզորությունը քսենոն լամպի դեպքում` ոչ պակաս քան 175

					(LED լամպի) ISO 13485 կամ համարժեք; CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:
					կերպով անցնելու գործառույթ առանց բժշկական անձնակազմի մասնակցության՝ հիմնական լամպի փչանալու դեպքում; Լույսի ելքի կետի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 5 մմ; Լամպի կյանքի տևողությունը՝ քսենոն լամպի դեպքում ոչ պակաս քան 500 ժամ, LED լամպի դեպքում ոչ պակաս քան 10000 ժամ; Լուսավորության ավտոմատ կառավարման գործառույթի առկայություն; Պետք է ունենա էնդոսկոպի ճանաչման գործառույթ; Պետք է ունենա օդային պոմպի միակցիչ; Տեսանյութերի պրոցեսոր; Ոչ պակաս քան HD վիդեո պրոցեսոր; Պետք է ունենա բարձր հստակության տեսանյութ; Պետք է լինի աղմուկի նվազեցում և պատկերի բարելավում; Պետք է լինի պայծառության ավտոմատ հավասարեցում; Պետք է ունենա էնդոսկոպի նույնականացում; Մուտքային և ելքային պորտեր (ոչ պակաս քան); Տեսանյութի ելք. DVI, SDI, S-video; Ոտքի վերանջատիչ

						պորտ; Ethernet ցանցի պորտ; USB պորտ; Լույսի աղբյուրի հաղորդակցման պորտ; Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 1280x720; Ունենա սպիտակ հավասարակշռության հիշողություն; Ունենա սպիտակ ավտոմատ հավասարակշռություն; Գույնի տոնայնության ճշգրտում Պետք է ունենա ոչ պակաս քան կարմիր և կապույտ տոնայնությունների ճշգրտում; Պետք է ունենա IRIS գործառույթ; Պետք է ունենա ոչ պակաս քան x1.8 պատկերի մեծացման հնարավորություն; Պատկերի սառեցում / պահեստավորում; Մեթոդներ. հեռակառավորման կոճակ, ստեղնաշար կամ ոտնակ; Դիսփլեյ ցուցադրման ռեժիմ՝ ստանդարտներ / ամբողջական էկրան; Գունային էկրան. Միացնել / անջատել; Պատկերները և տեսանյութերը USB կրիչում պահելու հնարավորություն; Գաստրոսկոպ; Աշխատանքային երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1050 մմ; Ընդհանուր երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1350 մմ; Դիստալ վերջույթի

						տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 9,6 մմ; Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 9,8 մմ; Դաշտի խորությունը՝ 3-100 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 10%; Գործիքային անցքի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 2.8 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 10%; Դաշտի տեսարան՝ ոչ պակաս քան 140o; Վերջույթի շեղում. Վերև/ներք՝ ոչ պակաս քան 120o/90o; Ձախ/աջ՝ ոչ պակաս քան 100o/100o; Կոլոնոսկոպ; Աշխատանքային երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1650 մմ; Ընդհանուր երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1950 մմ; Դիստալ վերջույթի տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 12,8 մմ; Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 12,8 մմ; Դաշտի խորությունը՝ 3-100 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 10%; Գործիքային անցքի տրամագիծը՝ 3,7-3,8 մմ տիրույթում; Գործիքային անցքի դիտման նվազագույն հեռավորությունը՝ ոչ ավելի քան 3 մմ; Դաշտի տեսարան՝ ոչ պակաս քան 140o; Վերջույթի շեղում. Վերև/ներք՝ ոչ պակաս քան

						180o/180o; Ձախ/աջ՝ ոչ պակաս քան 160o/160o; Այլ պարագաներ; Պետք է լինի անիվներով շարժական սայլակ անհրաժեշտ մասերով; Պետք է ունենա հատուկ բժշկական մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 24"; Հերմետիկության ստուգիչի առկայություն; Այլ պայմաններ; Ոչ պակաս քան 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի; Մոնտաժային մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար; Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն; Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար; Որակի վկայականներ

					(առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք: