

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱԶ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/16-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ՉոխեմՄեդ	ՄԴ300Ս	ԲԶ Էլեկտրոնիկ տեքնոլոջի Կօ. ԼՏԴ	Տվիչը բազմակի օգտագործման, ռետինե կամ սիլիկոնե կապանքով. Ցուցադրումը առնվազն 2,4'' գունավոր Էկրանին: Ցուցադրվող պարամետրերը առնվազն` SpO2 ցուցանիշի կոր, SpO2 % ներկայիս ժամանակի, SpO2 % առավելագույն գրանցված, SpO2 % նվազագույն գրանցված, պուլսի ցուցանիշ ներկայիս ժամանակի, պուլսի ցուցանիշ առավելագույն գրանցված, պուլսի ցուցանիշ նվազագույն գրանցված, պուլսի կոր, պերֆուզիայի ինդեքս, մարտկոցի լիցք, լիցքավորման կարգավիճակ, տազնապ, տազնապի դադար, ժամացույց, մենյու: Մենյուի հասանելի լեզուները առնվազն անգլերեն, ռուսերեն: Աշխատանքը մարտկոցներով և ցանցից: Գրանցված տվյալների պահպանում առնվազն 72 ժամ: Առնվազն 100 տարբեր հիվանդների գրանցում և պահպանում:

				<p>Կարգաբերումները առնվազն՝ տազևապի սահմաններ, ազդանշաններ, լեզու, լիցքավորման ռեժիմ, պայծառություն: Չափման սահմանները առնվազն SpO2% 100-70 միջակայքում, պուլսի ցուցանիշ 30-250 զարկ միջակայքում, պերֆուզիայի ինդեքս առնվազն 0,1-20 % միջակայքում, նեոնատալ չափումներ:</p> <p>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Որակի համապատասխանության վկայագրեր առնվազն՝ ISO 13485, FDA:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Гоар Александриян Мушеговна в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/16-11-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	ЧоисеММед	МД00М	БЧ электроник технолоджи Ко ЛТД	Датчик с многоразовым резиновым или силиконовым ремешком. Отображение на цветном экране размером не менее 2,4 дюйма. Отображаемые параметры как минимум: кривая измерения SpO2, % текущего времени SpO2, максимальный зарегистрированный SpO2 %, зарегистрированный минимальный SpO2 %, частота пульса в настоящее время, зарегистрированная максимальная частота пульса, записанная минимальная частота пульса, кривая пульса, индекс перфузии, заряд батареи, состояние зарядки, будильник, пауза будильника, часы, меню. Доступные языки меню: как минимум английский, русский. Работает минимум от аккумуляторов, не перезаряжаемых батарей, сети. Функция зарядки аккумулятора в режиме работы от аккумуляторов

				<p>батарей. Хранение записанных данных не менее 72 часов.. Регистрация и хранение не менее 100 различных пациентов. Настраивается как минимум пределы сигналов тревоги, оповещения, язык, режим зарядки, яркость. Пределы измерения не менее SpO2% в диапазоне 100-70, частота пульса в диапазоне 30-250 уд., индекс перфузии в диапазоне не менее 0,1-20%, неонатальные измерения. Гарантия не менее 12 месяцев. Сертификаты соответствия качества как минимум: ISO, FDA.</p>
--	--	--	--	--