

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով	Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով	Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով	Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով: Տվիչը բազմակի օգտագործման, ռետինե կամ սիլիկոնե կապանքով: Ցուցադրումը առնվազն 2,4" գուևավոր էկրանին: Ցուցադրվող պարամետրերը առնվազն` SpO2 ցուցանիշի կոր, SpO2 % ներկայիս ժամանակի, SpO2 % առավելագույն գրանցված, SpO2 % նվազագույն գրանցված, պուլսի ցուցանիշ ներկայիս ժամանակի, պուլսի ցուցանիշ առավելագույն գրանցված, պուլսի ցուցանիշ նվազագույն գրանցված, պուլսի կոր, պերֆուզիայի ինդեքս, մարտկոցի լիցք, լիցքավորման կարգավիճակ, տազնապ, տազնապի դադար, ժամացույց, մենյու: Մենյուի հասանելի լեզուները առնվազն անգլերեն, ռուսերեն: Աշխատանքը մարտկոցներով և ցանցից: Գրանցված տվյալների պահպանում առնվազն 72 ժամ: Առնվազն 100 տարբեր

				<p>հիվանդների գրանցում և պահպանում: Կարգաբերումները առնվազն՝ տազնապի սահմաններ, ազդանշաններ, լեզու, լիցքավորման ռեժիմ, պայծառություն: Չափման սահմանները առնվազն SpO2% 100-70 միջակայքում, պուլսի ցուցանիշ 30-250 գարկ միջակայքում, պերֆուզիայի ինդեքս առնվազն 0,1-20 % միջակայքում, նեոնատալ չափումներ: Երաշխիքային սպասարկումը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Որակի համապատասխանության վկայագրեր առնվազն՝ ISO 13485, FDA: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 50 օրացուցային օրվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2024/16-11-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով	Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով	Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով	Շարժական պուլսօքսիմետր, նորածնային տվիչով: Տվիչը բազմակի օգտագործման, ռետինե կամ սիլիկոնե կապանքով. Ցուցադրումը առնվազն 2,4" գույնավոր էկրանին: Ցուցադրվող պարամետրերը առնվազն` SpO2 ցուցանիշի կոր, SpO2 % ներկայիս ժամանակի, SpO2 % առավելագույն գրանցված, SpO2 % նվազագույն գրանցված, պուլսի ցուցանիշ ներկայիս ժամանակի, պուլսի ցուցանիշ առավելագույն գրանցված, պուլսի ցուցանիշ նվազագույն գրանցված, պուլսի կոր, պերֆոլիայի ինդեքս, մարտկոցի լիցք, լիցքավորման կարգավիճակ, տազնապ, տազնապի դադար, ժամացույց, մենյու: Մենյուի հասանելի լեզուները առնվազն անգլերեն, ռուսերեն: Աշխատանքը մարտկոցներով և ցանցից: Գրանցված տվյալների պահպանում առնվազն 72 ժամ: Առնվազն 100 տարբեր

				<p>հիվանդների գրանցում և պահպանում: Կարգաբերումները առնվազն՝ տազնապի սահմաններ, ազդանշաններ, լեզու, լիցքավորման ռեժիմ, պայծառություն: Չափման սահմանները առնվազն SpO2% 100-70 միջակայքում, պուլսի ցուցանիշ 30-250 գարկ միջակայքում, պերֆուզիայի ինդեքս առնվազն 0,1-20 % միջակայքում, նեոնատալ չափումներ: Երաշխիքային սպասարկումը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Որակի համապատասխանության վկայագրեր առնվազն՝ ISO 13485, FDA: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 50 օրացուցային օրվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--