

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	HI5522-02	HI5522-02	Hanna Instruments	<p>Hannah Instruments, Mettler Toledo կամ Fisher Scientific: pH/mV/ISE և EC/TDS/աղայնության /դիմադրողականության որոշող իոնաչափեր, LCD Էկրանով, զգայուն ստեղներով, pH տիրույթը՝ -2.0 to 20.0 pH / -2.00 to 20.00 pH / -2.000 to 20.000 pH; ճշտությունը՝ 0.1 pH / 0.01 pH / 0.001 pH, 5 կետերում տրամաչափման հնարավորությամբ, -20.0 to 120.0 °C աշխատանքային տիրույթով, ՕՎՊ տիրույթը՝ ±2000.0 մՎ Ճշտությունը՝ 0.1 մՎ, ISE տիրույթը՝ 10-7-ից 10M/ 0.005-ից 105 ppm/ 5·10⁻⁷-ից 5·10⁷ կոնց. EC տիրույթը՝ 0-9.999 μS/սմ TDS տիրույթը՝ 0-9.999 ppm Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ</p>

				համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	HI5522-02	HI5522-02	Hanna Instruments	<p>Hannah Instruments, Mettler Toledo կամ Fisher Scientific: pH/mV/ISE և EC/TDS/աղայնության /դիմադրողականության որոշող իոնաչափեր, LCD Էկրանով, զգայուն ստեղծերով, pH տիրույթը՝ -2.0 to 20.0 pH / -2.00 to 20.00 pH / -2.000 to 20.000 pH; ճշտությունը՝0.1 pH / 0.01 pH / 0.001 pH, 5 կետերով տրամաչափման հնարավորությամբ, -20.0 to 120.0 °C աշխատանքային տիրույթով, ՕԿՊ տիրույթը՝ ±2000.0 մՎ Ճշտությունը՝ 0.1 մՎ, ISE տիրույթը՝ 10-7-ից 10M/ 0.005-ից 105 ppm/ 5·10⁻⁷-ից 5·10⁷ կոնց. EC տիրույթը՝ 0-9.999 μS/սմ TDS տիրույթը՝ 0-9.999 ppm Սարքավորումը պետք է լինի նոր (ամնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ</p>

				համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք:
--	--	--	--	---