

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
122	Cell Culture Flask T75	BKMAM	Transparent Sterile TC Treated Cell And Tissue Culture Flask T75 with vented caps	Changde Bkmam Biotechnology Co. Ltd	բջջային կուլտուրայի աճեցման տարա • շնորհիվ մակերեսի ֆիզիկական մշակման պետք է բարձր լինի բիջների ադիեզիան • Չհայտնաբերվի ԴՆԹ-ագ, ՌՆԹ-ագ, մարդու ԴՆԹ, • պետք է լինի ոչ ցիտոտոքսիկ, • ունենա պատվող կափարիչ և շնորհիվ դիրքի կատարվի օդափոխանակություն, • Բարձր պրոֆիլայի հարթահատակ փորձանոթի թեք վզիկի դիրքը պետք է նվազեցնի կափարիչի ներսում թրջվելու ռիսկը և դրանով ապահովի լրացուցիչ պաշտպանություն աղտոտումից, • պետք է ունենա

				<p>հյուսվածքային կուլտուրայի մշակման մակերես, • մի կողմում պետք է ունենա աստիճանավորում ,</p> <ul style="list-style-type: none">• աճի տարածքը լինի 75 սմ2 • ծավալը` 250 մլ • աշխատանքային ծավալը ` 15 մլ-38 մլ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ:<p>Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТДР-24/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
122	Cell Culture Flask T75	ВКМММ	Transparent Sterile TC Treated Cell And Tissue Culture Flask T75 with vented caps	Changde Bkmm Biotechnology Co. Ltd	<ul style="list-style-type: none">• за счет физической обработки поверхности адгезия должна быть высокой• ДНК-аз, РНК-аз, ДНК человека не будут обнаружены.• должны быть нецитотоксичными,• имеют вращающуюся крышку и за счет положения осуществляется воздухообмен,• Наклонное положение горлышка высокопрофильной пробирки с плоским дном должно снизить риск намочания внутренней части крышки и, таким образом, обеспечить дополнительную защиту от загрязнения.• должна

				<p>иметь поверхность для обработки тканевых культур, • одна сторона должна иметь градуировку, • площадь роста должна составлять 75 см² • объем: 250 мл • рабочий объем: 15 мл-38 мл Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать поврежденных или полуизношенных деталей. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Осуществляйте поставку в надлежащих условиях.</p>
--	--	--	--	--