

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Ավտոմատ հեմատոլոգիական 3-Diff անալիզատոր Նախատեսված կենդանիների թեստավորման համար	Ավտոմատ հեմատոլոգիական 3-Diff անալիզատոր Նախատեսված կենդանիների թեստավորման համար	Sinothinker- Չինաստան	Սարքը ունի թաջսքրին էկրան, Ամբողջական արյան 3-part DIFF հնարավորություն, առնվազն 21 պարամետրեր և 3 հիստոգրամներ, Մինչև 60 նմուշ/ժ: Չափումը կատարվում է հեմոգլոբինի կոլորիմետրիկ որոշման եղանակով և Կուլտերի սկզբունքով: Պարամետրերը` WBC, LY#, MID#, GR#, LY%, MID%, GR%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC Հիստոգրամներ` 3 հատ, Ներառյալ WBC, RBC, PLT: 13 նախապես ծրագրավորված կենդանիների տեսակներ, ներառյալ շնագգիներ, կատվագգիներ, ձիեր, կովեր, մկներ, առնետներ, խոզեր, կապիկներ, գոմեշներ, ուղտեր, ոչխարներ, այծեր, նապաստակներ և 3 տեսակներ` ըստ ընտրության Թեստավորումը կատարվում է ամբողջական արյունից, կամ ծայրամասային արյունից Նմուշի ծավալը` 14 մկլ

			<p>(շեղումը՝ 10 %) երակային արյուն,կապիլարային արյան դեպքում,նոսրացումով 20 մկլ: Մինչև 100,000 արդյունքների և 3 հիստոգրամների պահպանման համար հիշողություն: Ռեագենտների կառավարման ինտելիգենտ համակարգ՝ մնացորդային ռեագենտների մասին ինֆորմացիայով: Միացումները՝ RS232, HDMI, USB, LAN և անլար՝ WiFi, Bluetooth Սարքի հետ կմատակարարվի 3dիf արյունաբանական սարքի համար անհրաժեշտ 4 հիմնական ռեագենտները (լուծույթները)՝ դիլուենտ (առնվազն 400 թեստ), դետերգենտ (առնվազն 400 թեստ), լիզիսի ենթարկող ռեագենտ (առնվազն 400 թեստ), մաքրող լուծույթներ : Հեմոլիտիկի հետ միասին օգտագործվում է դետերգենտ լվացող միջոց: Լվացող միջոցն անմիջականորեն չի մասնակցում արյան անալիզներին, այն նախատեսված է անալիզատորի հիդրավլիկ համակարգը լվանալու և չափիչ համակարգը պատրաստել հաջորդ վերլուծության համար: Մաքրող լուծույթներն անհրաժեշտ են նմուշառման ասեղի, խողովակների և բացվածքների լրացուցիչ խորը մաքրման համար: Ցուցակում առկա ապրանքները կլինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված: Փաթեթը ներառում է առնվազն 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ կիրականացվի սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում կներկայացվի ապրանքն արտադրողից երաշխիքային նամակ և համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ωλυσήq-Υτq ΥπC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЁηΖ-ΕΩΔΩηΖF-24/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18				