

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |          |                              |   |
|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|---|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը       | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 16                 | BIOBASE             | QCT-1500 | Biobase Biotools<br>Co., Ltd | <p>Աշխատանքային խցիկի լայնությունը՝ 1430 մմ:<br/>                     Աշխատանքային խցիկից հեռացվող օդի ծավալը,<br/>                     500-600 մ3/ժ: Դիմային հատվածը թեքված է: Կարկասը՝<br/>                     մետաղական, փոշեներկված: Աշխատանքային խցիկի<br/>                     լուսավորում: Օդի հոսքի հետընթացը կանխող<br/>                     հետադարձ փական: Օդի հոսքին միացման<br/>                     հարմարանք: Տափակ աշխատանքային մակերես՝<br/>                     պատրաստված չժանգոտվող մետաղից: Դիմապակին՝<br/>                     բարձրացվող, թրծված ապակուց, առնվազն 2 վարդակ:<br/>                     Ներկառուցված ՌԲՄ լամպ՝ թայմերով: Լվացարան՝<br/>                     չժանգոտվող պողպատից, չափսերը՝ 163x284x126 մմ,<br/>                     շեղումը՝ 5%; ներկառուցված աշխատանքային<br/>                     մակերեսում, տեղադրված ձախ հատվածում: Սարքը<br/>                     կարգավորվում է կոճակների միջոցով, որոնք ունեն<br/>                     լուսավորում, նախատեսված են՝ սարքի սնուցման</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>միացման համար, լուսավորման միացման համար, օդի հոսքի միացման համար: Սարքի հետ մատակարարվում է դրա համար նախատեսված կանգնակ: Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր; սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր: Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում: Պայմանագրի կատարման փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |       |                               |                            |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 16         |                    |       |                               |                            |