

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	URIT-3000Vet	URIT-3000Vet	Urit Medical Electronic Co. Ltd.	<p>Սարքը ունի թաջսքրին էկրան, Ամբողջական արյան 3-part DIFF հնարավորություն, 21 պարամետրեր և 3 հիստոգրամներ, 60 սմուշ/ժ: Չափումը կատարվում է հեմոգլոբինի կոլորիմետրի որոշման եղանակով և Կուլտերի սկզբունքով Պարամետրերը` WBC, LY#, MID#, GR#, LY%, MID%, GR%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC</p> <p>Հիստոգրամներ` 3 հատ, ներառյալ WBC, RBC, PLT 12 նախապես ծրագրավորված կենդանիների տեսակներ, ներառյալ շնագգիներ, կատվագգիներ, ձիեր, կովեր, մկներ, խոզեր, նապաստակներ; 4 տեսակներ` ըստ ընտրության Թեստավորումը կատարվում է ամբողջական արյունից, կամ ծայրամասային արյունից</p> <p>Նմուշի ծավալը` 10 մկլ (շեղումը` 10 % ) 100,000 արդյունքների պահպանման համար հիշողություն:</p>

			<p>Ռեագենտների կառավարման ինտելիգենտ համակարգ՝ մնացորդային ռեագենտների մասին ինֆորմացիայով: Միացումները՝ RS232, HDMI, USB, LAN և անլար՝ WiFi, Bluetooth Սարքի հետ պետք է մատակարարել 3dի արյունաբանական սարքի համար անհրաժեշտ 3 հիմնական ռեագենտները (լուծույթները)՝ դիլուենտ (500 թեստ), դետերգենտ (500 թեստ), լիզին էնթարկոլ ռեագենտ (500 թեստ) : Հեմոլիտիկի հետ միասին օգտագործվում է դետերգենտ լվացող միջոց: Լվացող միջոցն անմիջականորեն չի մասնակցում արյան անալիզներին, այն նախատեսված է անալիզատորի հիդրավլիկ համակարգը լվանալու և չափիչ համակարգը պատրաստել հաջորդ վերլուծության համար: Մաքրող լուծույթներն անհրաժեշտ են նմուշառման ասեղի, խողովակների և բացվածքների լրացուցիչ խորը մաքրման համար: Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում: Պայմանագրի կատարման փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-ЕЦДЦТДР-24/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18				