

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Baker Ruskinn	Velox	Baker Ruskinn	<p>Թթվածնի արագ փոփոխությունների կիրառմամբ փորձերի կատարման համար -Թթվածնի մակարդակի կարգավորումը՝ 0.1-23% -Թթվածնի մակարդակի արագ փոփոխություն՝ 20.9-ից 6%՝ 50 վ 6-ից 20.9%՝ 40 վ Կոմպլեկտը ներառում է՝ -խցիկ՝ կենդանիների համար -գազերի խառնիչ -վանդակներ (պատրաստված պոլիկարբոնատից), պողպատյա կարփարիչով, ջրի շշով և դրա կափարիչով՝ 4 հատ Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում՝ 1 տարվա երաշխիք</p> <p>Համակարգը իդեալական է կենդանիների հետ փորձերի կատարման համար և նախատեսված է կարգաորովող և իզոլացված միջավայրի ստեղծման համար:</p> <p>Կրկնօրինակելով հիվանդության ընթացքում առաջացող պայմանները՝ համակարգը թույլ է տալիս ավելի լավ պատկերացնել թթվածնի դերը տարբեր</p>

իրավիճակներում, մասնավորապես՝ քնի ապնեայի և սրտի կանգի դեպքում: Համակարգը կազմված է գազերի խառնման մոդուլից և առանձին խցիկից: -Գազի օգտագործումը՝ 203 լ ազոտ/րոպե խցիկի ծավալը՝ 65 Լ Համակարգը աշխատանքի համար օգտագործում է ազոտ և թթվածին -Թթվածնի մակարդակի արագ տատանման հնարավորություն՝ 20.8%-ից մինչև 6%, 50 վ-ում, 6%-ից մինչև 20.8%՝ 40 վ-ում: -Թթվածնի կարգավորումը՝ 0.1-23% Գազի կարգավորման մոդուլը կարգավորվում է թափաքրին տեսակի Էկրանի միջոցով: ՈՒՆԻ ՍՏԲ միացման բնիկ: խցիկը համալրված է թթվածնի և ածխաթթու գազի սենսորներով, օդափոխման համակարգով և սենսորների անցկացման ունիվերսալ պորտով: 4 վանդակներ՝ կենդանիների համար, արտադրողի կողմից փորձարկված և համակարգի հետ համատեղելի: -Վանդակների չափսերը՝ 355x235x190 մմ, -Վանդակները պատրաստված են պոլիկարբոնատից: -Վանդակները ունեն չժանգոտվող պողպատից պատրաստված ցանցավոր կափարիչ, զսպանակավոր փականով -Պոլիկարբոնատից պատրաստված շերտ՝ վանդակների համար, 4 հատ, 500 մլ ծավալով -Պողպատյա կափարիչներ շերտի համար՝ 4 հատ Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը և կատարի անձնակազմի ուսուցումը: Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել

				<p>պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-ЕЦДЦПЗР-24/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13				