

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
19	Լաբորատոր ուղղահայաց ավտոմատ ավտոկլավ, Ին-Վիտրո եղանակով բույսերի աճեցման լաբորատորիաներում կիրառելու համար: Անհրաժեշտ է, որ ունենա պաշտպանություն գերտաքացումից, հոսանքի բարձրացումից, չոր աշխատանքից: Կարգավորվող աշխատանքային ծրագիր՝ առնվազն 2, Ֆիքսված աշխատանքային ծրագիր՝ առնվազն 5, Ծավալը՝ առնվազն 75 Լ, Ճնշումը՝ 0,22 - 0.27 ՄՊա, Ձերմաստիճանային սահմանը՝ 110- 130 օC, Ճշտությունը՝ առնվազն 0,1 օC, Ժամանակային միջակայքը՝ 0- 800 վրկ, Հզորությունը՝ առնվազն 4 ԿՎտ, Սնման լարումը՝ 220-240Վ լարման, 50 - 60Հց հաճախականության, Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
19	Լաբորատոր ուղղահայաց ավտոմատ ավտոկլավ, Ին-Վիտրո եղանակով բույսերի աճեցման լաբորատորիաներում կիրառելու համար: Անհրաժեշտ է, որ ունենա պաշտպանություն գերտաքացումից, հոսանքի բարձրացումից, չոր աշխատանքից: Կարգավորվող աշխատանքային ծրագիր՝ առնվազն 2, Ֆիքսված աշխատանքային ծրագիր՝առնվազն 5, Ծավալը՝ առնվազն 75 ւ, Ճնշումը՝ 0,22 - 0.27 ՄՊա, Ձերմաստիճանային սահմանը՝110- 130 օC, Ճշտությունը՝ առնվազն 0,1 օC, Ժամանակային միջակայքը՝ 0- 800 վրկ, Հզորությունը՝ առնվազն 4 ԿՎտ, Սնման լարումը՝ 220-240Վ լարման, 50 - 60Հց հաճախականության, Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: