

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-14-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	HI2002-2	HI2002-2	Hanna Instruments	pH -մետր ջրածնային ցուցանիշի (pH ցուցանիշի) չափման համար: Միջակայք՝ սկսած՝ -2.00-16.00 pH, ±1000 mV, Ճշգրտությունը՝ ±0.002 pH, 0.01 pH ±0.2 mV: HI11310 pH էլեկտրոդով (ներառված): Ստուգաճշտման լուծույթներով՝ 5 կետ (ստանդարտ) 1.68, 4.01 (3.00†), 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45, և երկու լրացուցիչ ստանդարտ բուֆերային լուծույթ: Ձերմաստիճանայն միջակայքը՝ -20.0 - 120.0 °C: Նոր չօգտագործված: Երաշխիք՝ առնվազն 3 տարի ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-14-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	HI2002-2	HI2002-2	Hanna Instruments	<p>pH -մետր ջրածնային ցուցանիշի (pH ցուցանիշի) չափման համար: Միջակայք՝ սկսած՝ -2.00-16.00 pH, ± 1000 mV, ճշգրտությունը՝ ± 0.002 pH, 0.01 pH ± 0.2 mV: HI11310 pH էլեկտրոդով (ներառված): Ստուգաճշտման լուծույթներով՝ 5 կետ (ստանդարտ) 1.68, 4.01 (3.00†), 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45, և երկու լրացուցիչ ստանդարտ բուֆերային լուծույթ: Ձերմաստիճանայն միջակայքը՝ -20.0 - 120.0 °C: Նոր չօգտագործված: Երաշխիք՝ առնվազն 3 տարի ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:</p>