ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍ ՊԻ ԷՍ ԳՐՈՒՊ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/77 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	LADP-3 Microwave Electron Spin Resonance Apparatus	Tianjin Labor Scientific instruments Co., Ltd.	Միկրոալիքային համակարգ Կարճ միացման մխոցկարգավորման միջակայքը առնվազն 30 մմ,Sample Dpph փոշի խողովակի մեջ (չափերը՝ Φ2×6 մմ)Միկրոալիքային հաճախականության հաշվիչ Չափման միջակայք՝ առնվազն 8,6 ԳՀց ~ 9,6 ԳՀց Ալիքատարի չափերը, Ներքին `առնվազն 22,86 մմ × 10,16 մմ (eia՝ Wr90 կամ iec՝ R100)Էլեկտրամագնիսային՝ Մուտքային լարումը և ճշգրտությունըԱռավելագույնը՝ ≥ 20 վ, 1% ± 1 նիշ,Ներածման ընթացիկ միջակայքը և ճշգրտությունը առնվազն 0 ~ 2,5 ա, 1% ± 1 նիշ,Կայունություն առնվազն ≤ 1x10-3+5 մ.ա Մագնիսական դաշտի ուժը առնվազն 0 ~ 450 մՏ, Մաքրման դաշտ՝Ելքային լարումը առնվազն ≥ 6 Վ,Ելքային հոսանքի տիրույթ առնվազն 0.2 ~ 0.7 ԱՖազային ճշգրտման տիրույթ ≥ 180° Սկանավորման ելք Bnc միակցիչ, սղոցային ալիքի ելք առնվազն 1~10 Վ: Պինդմարմնային միկրոալիքային ազդանշանի աղբյուր՝Հաճախությունը առնվազն 8.6 ~ 9.6 ԳՀց, Հաճախային շեղումը առնվազն ≤ ± 5×10-4/15 ր, Աշխատանքային լարումը առնվազն ~ 12 vdc: Ելքային հզորություն> 20 մՎտ հավասար ամպլիտուդի ռեժիմում

			Գործողության ռեժիմ և պարամետրեր՝ Հավասար ամպլիտուդ Ներքին քառակուսային ալիքային մոդուլյացիա Կրկնման հաճախությունը՝ առնվազն 1000 Հց Ճշգրտություն՝ ± 15% Թեքություն՝ < ± 20%։Լարման մշտական ալիքի հարաբերակցությունը < 1.2,Ալիքատարի չափերը,Ներքին՝ 22,86 մմ × 10,16 մմ Երաշխիքը առնվազն մեկ տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

S P S GROUP в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/77 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2			