

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

SPS GROUP-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/77 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	LADP-3 Microwave Electron Spin Resonance Apparatus	Tianjin Labor Scientific instruments Co., Ltd.	<p>Միկրոալիքային համակարգ Կարճ միացման միսոցկարգավորման միջակայքը առնվազն 30 մմ, Sample Dpph փոշի խողովակի մեջ (չափերը՝ $\Phi 2 \times 6$ մմ) Միկրոալիքային հաճախականության հաշվիչ Չափման միջակայք՝ առնվազն 8,6 ԳՀց ~ 9,6 ԳՀց Ալիքատարի չափերը, Ներքին՝ առնվազն 22,86 մմ \times 10,16 մմ (eia՝ Wr90 կամ iec՝ R100) Էլեկտրամագնիսային՝ Մուտքային լարումը և ճշգրտությունը Առավելագույնը՝ ≥ 20 վ, 1% \pm 1 սիշ, Ներածման ընթացիկ միջակայքը և ճշգրտությունը առնվազն 0 ~ 2,5 ա, 1% \pm 1 սիշ, Կայունություն առնվազն $\leq 1 \times 10^{-3+5}$ մ.ա Մագնիսական դաշտի ուժը առնվազն 0 ~ 450 մՏ, Մաքրման դաշտ՝ Ելքային լարումը առնվազն ≥ 6 վ, Ելքային հոսանքի տիրույթ առնվազն 0.2 ~ 0.7 ԱՖազային ճշգրտման տիրույթ $\geq 180^\circ$ Սկանավորման ելք Bnc միակցիչ, սղոցային ալիքի ելք առնվազն 1~10 վ: Պինդմարմնային միկրոալիքային ազդանշանի աղբյուր՝ Հաճախությունը առնվազն 8.6 ~ 9.6 ԳՀց, Հաճախային շեղումը առնվազն $\leq \pm 5 \times 10^{-4/15}$ ր, Աշխատանքային լարումը առնվազն ~ 12 vdc: Ելքային հզորություն > 20 մվտ հավասար ամպլիտուդի ռեժիմում</p>

			<p>Գործողության ռեժիմ և պարամետրեր՝ Հավասար ամպլիտուդ Ներքին քառակուսային ալիքային մոդուլյացիա Կրկնման հաճախությունը՝ առնվազն 1000 Հց Ճշգրտություն՝ $\pm 15\%$ Թեքություն՝ $< \pm 20\%$: Լարման մշտական ալիքի հարաբերակցությունը < 1.2, Ալիքատարի չափերը, Ներքին՝ 22,86 մմ \times 10,16 մմ Երաշխիք առնվազն մեկ տարի</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

SPS GROUP в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТДР-24/77 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2			