ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱՁ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/47 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Սեմի Աուտո Բիոչեմիստրի Անալիզեր	ԻՆՖԻՏԵԿ	ԲԱ-ՍԱ-100ԱԻ	ԻՆՖԻՏԵԿ Կo, LSդ	Նվազագույն չափելի պարամետրեր. ALT, AST, ALP, TG, TChol, UREA, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, Crea, Cl, K, Na, Ca Հայտնաբերման ոչ պակաս քան 6 ալիքի երկարություն: 450, 492, 510, 546, 578, 630 նմ. Թեստի անվանումը և պարամետրերը նախապես ծրագրավորելու հնարավորության առկայություն Վերլուծական եղանակները. ոչ պակաս քան վերջնական կետ, կլանում LCD էկրան, ընտրացանկի կառավարում, հիվանդանոցի և հիվանդի տեղեկատվության խմբագրման հնարավորություն

					Ներկառուցված կամ արտաքին ջերմազգայուն տպիչի առկայություն Ոչ պակաս քան 10000 արդյունքների հիշողություն Արտադրողականությունը՝ ոչ պակաս քան 20 թեստ 1 ժամում Լույսի աղբյուր՝ Հալոգենային լամպ. 6V / 10W կամ 12V / 20W կամ համարժեք LED լամպ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար ոչ պակաս քան 200 բոլոր թեստերի համար ռեագենտների առկայություն Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Гоар Алексанян Мушеговна в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Семи Ауто Биокмистри Анализер	Инфитек	БА-СА-100АИ	Инфитек Ко., ЛТД	Минимальные измеряемые параметры: ALT, AST, ALP, TG, TChol, UREA, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, Crea, Cl, K, Na, Ca Не менее чем 6 длин волн детектирования: 450, 492, 510, 546, 578, 630 нм. Наличие возможности предварительно запрограммировать название и параметры теста Аналитические режимы: не менее конечной точки, поглощение LCD экран, возможность управление меню, редактирования информации о больнице и пациенте Наличие внутреннего или внешнего

					термочувствительного принтера Память не менее чем на 10000 результатов Производительность: не менее чем 20 тестов в час Источник света Галогенная лампа: 6 В / 10 Вт или 12 В / 20 Вт или эквивалентная светодиодная лампа Электропитание 220 В, 50/60 Гц Комплектация и аксессуары: Наличие реагентов для запуска не менее чем для 200 всех тестов Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках Оборудование должно быть новым, неиспользованным В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 или эквивалент CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент