

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Վիրաբուժական արտաձևիչ	Վիրաբուժական արտաձևիչ	Վիրաբուժական արտաձևիչ	Վիրաբուժական արտաձևիչ	Վիրաբուժական արտաձևիչ Արտաձևիչը օգտագործվում է հիմնական վիրաբուժական և այլ միջամտություններում Շարժական 4 հակաստատիկ անիվներով Ոչ պակաս քան երկու աստիճանավորված յուրաքանչյուրը ոչ պակաս քան 2000 մլ տարողությամբ պոլիկարբոնատից կամ համարժեք նյութից պատրաստված բազմակի օգտագործման տարաների առկայությունը Տարաները օդաանթափանց պտուտակավոր կափարիչով Անյուդ, սպասարկում

չպահանջող շարժիչի առկայություն, առավելագույն արտածումը ոչ պակաս քան 600-ից 700 մմ ս.ս. սահմաններում, հոսքը՝ ոչ պակաս քան 45 լ / րոպե Սարքը պետք է հագեցած լինի շարժիչի պաշտպանիչ կափարիչով, որն ամբողջովին կանխում է ներծծվող հեղուկների կամ արտանետումների պոմպի մեջ մտնելը Վակուումետրի առկայություն և ներծծման ուժի սահուն կարգավորում Աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավել քան 55 dBA Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ՝ սիլիկոնե խողովակները, ոչ պակաս քան 4 հակաբակտերիալ ֆիլտրեր, 4 հատ կանյուլա իր բռնակներով և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի

					վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Վիրաբուժական արտածծիչ	Վիրաբուժական արտածծիչ	Վիրաբուժական արտածծիչ	Վիրաբուժական արտածծիչ	Վիրաբուժական արտածծիչ Արտածծիչը օգտագործվում է հիմնական վիրաբուժական և այլ միջամտություններում Շարժական 4 հակաստատիկ անիվներով Ոչ պակաս քան երկու աստիճանավորված յուրաքանչյուրը ոչ պակաս քան 2000 մլ տարողությամբ պոլիկարբոնատից կամ համարժեք նյութից պատրաստված բազմակի օգտագործման տարաների առկայություն Տարաները օդաանթափանց պտուտակավոր կափարիչով Անյուղ, սպասարկում

չպահանջող շարժիչի առկայություն, առավելագույն արտածումը ոչ պակաս քան 600-ից 700 մմ ս.ս. սահմաններում, հոսքը՝ ոչ պակաս քան 45 լ / րոպե Սարքը պետք է հագեցած լինի շարժիչի պաշտպանիչ կափարիչով, որն ամբողջովին կանխում է ներծծվող հեղուկների կամ արտանետումների պոմպի մեջ մտնելը Վակուումետրի առկայություն և ներծծման ուժի սահուն կարգավորում Աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավել քան 55 dBA Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ՝ սիլիկոնե խողովակները, ոչ պակաս քան 4 հակաբակտերիալ ֆիլտրեր, 4 հատ կանյուլա իր բռնակներով և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի

					վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--	--