

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱԶ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/94 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ԲԵՊՄ930	Ինֆոտեկ	<p>Սեղանի pH/ՕՎՊ-մետր, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորմամբ, pH ճշգրտությունը՝ $\pm 0,002$ pH; pH միջակայքը՝ -2.00-ից մինչև 20.00; ՕՎՊ ռեժիմ՝ ճշգրտությունը՝ ± 0.2 մՎ; ՕՎՊ միջակայքը՝ ± 1999.9 (2000.0) մՎ: pH/ՕՎՊ-մետրը հագեցած է մեծ լուսավորված LCD էկրանով: Կարգավորվում է 1-ից 5 կետով: Ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորումն ապահովում է ճշգրիտ տվյալներ ողջ տիրույթում: Հարաբերական և բացարձակ միլիվոլտ ռեժիմները ապահովում են հոլսալի ՕՎՊ-ի չափումները: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Гоар Александян Мушеговна в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БГՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/94 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	БЕПМ930	Инфитек Ко. ЛТД	Настольный рН/ОВП-метр, автоматическая температурная компенсация, точность рН: ± 0.002 рН; диапазон рН: от -2.00 до 20.00. Режим ОВП: точность ОВП: ± 0.2 мВ; диапазон ОВП: ± 1999.9 (2000.0) мВ. рН/ОВП-метр оснащен большим ЖК-дисплеем с подсветкой. Калибровка от 1 до 5 точек. Автоматическая температурная компенсация обеспечивает точные показания во всем диапазоне. Относительные и абсолютные режимы милливольт обеспечивают надежные измерения ОВП. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласуйте с клиентом перед доставкой. Осуществлять поставку на надлежащих условиях. Наличие сертификата производителя.