

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Ձեռքի բազմապար ամետրային զարկերակային օքսիմետր	Ձեռքի բազմապար ամետրային զարկերակային օքսիմետր	Ձեռքի բազմապար ամետրային զարկերակային օքսիմետր	Ձեռքի բազմապար ամետրային զարկերակային օքսիմետր	Ձեռքի բազմապարամետրային զարկերակային օքսիմետր Չարկերակային օքսիմետրը փոքր ախտորոշիչ ֆոտոէլեկտրոնային սարք է՝ ոչ ինվազիվ եղանակով հագեցվածությունը կամ թթվածնի հագեցվածությունը չափելու, ինչպես ևսև հիվանդանոցներում և տանը մեծահասակների և երեխաների սրտի բաբախյունը որոշելու համար: Դիսփլեյը: գունավոր LED Դիսփլեյի ցուցադրումը ոչ պակաս քան SpO2, PR և զարկերակային ուժ: SpO2 չափման միջակայքը ( % ) - ոչ պակաս քան 70-99% Սրտի ռիթմի

				<p>չափման միջակայքը թույլտրվում է ոչ պակաս քան 30-240 գարկ</p> <p>Նախագգուշացումը թույլտրվելի արժեքները գերազանցելու մասին, ձայնային և տեսողական ազդանշան: Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը՝ մարտկոց</p> <p>Աշխատանքային ժամանակը ոչ պակաս քան 7 ժամ շարունակական աշխատանք նոր մարտկոցով</p> <p>Փաթեթը պետք է ներառի.</p> <p>Չարկերակային օքսիմետրի հիմնական միավոր - 1 հատ SpO2 սենսոր մեծահասակների համար - 1 հատ Մանկական SpO2 սենսոր - 1 հատ SpO2 սենսոր նորածինների համար - 1 հատ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱԶԱՊՁԲ-2024/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					