

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                       |                       |                        |  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը   | մակնիշը               | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 7                  | Պալատային<br>մահճակալ | Պալատային<br>մահճակալ | Պալատային<br>մահճակալ | Պալատային<br>մահճակալ  | "Պալատային մահճակալ<br>Մահճակալը պետք է ունենա<br>կառավարման երկու բռնակ<br>գլխային և կոնքազդրային<br>հատվածների թեքության<br>անկյունները կարգավորելու համար<br>Մահճակալի հիմք-շրջանակը պետք<br>է պատրաստված լինի պողպատից և<br>պատված լինի բարձրորակ<br>փոշեներկով, ինչն ապահովում է<br>որակյալ և երկարաժամկետ<br>պաշտպանություն արտաքին<br>ազդեցություններից, ինչպես նաև<br>կայունություն ախտահանիչ<br>միջոցների նկատմամբ Գլխի և |

ոտքերի պանելները պետք է արտադրված լինեն բարձրորակ հարվածակայուն ABS պլաստիկից Պանելները պետք է լինեն հեշտ հանվող Մահճակալի չափը՝ Ե / L 2100x950մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մեջքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-70° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-40° միջակայքում Մահճակալը պետք է տեղադրված լինի ոչ պակաս քան 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա Արգելակային համակարգի առկայություն Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի Քաշի բեռը՝ ոչ պակաս քան 200 կգ Պետք է ունենա ներքևակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար և մեզի պայուսակի կախիչ, կողային ծալովի բազրիքներ (գույգ) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն<br/>Սարքավորումը պետք է լինի նոր,<br/>չօգտագործված Գունային<br/>համադրությունը համաձայնեցնել<br/>պատվիրատուի հետ Երաշխիքը ոչ<br/>պակաս քան 12 ամիս Որակի<br/>վկայականներ. ISO 13485 կամ<br/>համարժեք CE Mark կամ FDA կամ<br/>համարժեք "</p> |
|--|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 7          |                        |               |       |                            |                            |