

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	արյունաբանական վերլուծիչ	արյունաբանական վերլուծիչ	արյունաբանական վերլուծիչ	արյունաբանական վերլուծիչ	Մարդու զարկերակային/երակային արյան մեջ գազերի և Էլեկտրոլիտների որոշման շարժական վերլուծիչ: Պետք է ունենա առնվազն հետևյալ պարամետրները ստուգելու հնարավորություն pH, pCO ₂ , pO ₂ , cNa ⁺ , cK ⁺ , cCl ⁻ , cCa ²⁺ , Hct , HCO ₃ ⁻ , TCO ₂ , BE, bE, HB, O ₂ sat, OcCT, BB, SBE, SBC AaDO ₂ , RI, cCa Աշխատանքի մեթոդը չոր, առանց լվացող դիլուենտի, այլ հեղուկների և ծախսանյութերի օգտագործման, միայն մեկ մեկանգամյա օգտագործման քարթրիջի

օգնությամբ, մեկ թեսթ մեկ քարթրիջ սկզբունքով, որը թույլ կտա հնարավորինս նվազեցնել մեկ վերլուծության ինքնարժեքը անկախ կատարվող վերլուծությունների քանակից: pH, cNa⁺ , cK⁺ , cCl⁻ , cCa²⁺ նշված պարամետրերի համար չափման մեթոդը իոնսելեկտիվ քարթրիջային էլեկտրոդ, Hct էլեկտրոկոնդուկցիա, pO₂ ըստ բարելաված Կլարկի, pCO₂ ըստ բարելաված Սեվերինգհաուզի: Ամեն հետազոտության համար անհրաժեշտ է ոչ ավել քան 100 մկլ արյուն: Չափելի պարամետրերի որոշման առավելագույն և նվազագույն տիրույթները պետք է ապահովի. pH (6,00-8,00), pCO₂ (5.0-250.0) , pO₂ (5.0-720.0) , cNa⁺ (50.0- 200.0 մմոլ/լ) , cK⁺(1.0-12.0մմոլ/լ), cCl⁻ (50.0-200.0մմոլ/լ) , cCa²⁺ (0.25-5.0մմոլ/լ), Hct (10-70%); հաշվարկային պարամետրերի չափման տիրույթները հետևյալ՝ cHb- (3.4-25.5 գ/դլ); cHCO₃-(0.0-99.9 մմոլ/լ), cHCO₃ std (0.0-99.9 մմոլ/լ); cBE(ecf) -(30.0- 30.0 մմոլ/լ); cBE(B) -(30.0-30.0 մմոլ/լ); cBB (0.0-99.9 մմոլ/լ); sO₂(est) -(0.0-99.9 %);

ctCO₂(P)-(0.0-99.9 մմոլ/լ); ctO₂(a)
-(5.0-40.0 ծավ%);
cCa²⁺(7.4)-(0.25-5.0 մմոլ/լ); pO₂(A-
a)-(0.0-720.0); RI -(0.0-20.0); AG
-(0.0-99.9 մմոլ/լ); pH(T)
-(6.000-8.000); pCO₂(T) -(5.0-250.0);
pO₂(T) -(5.0 -720.0): Էկրանը
սենսորային գունավոր ոչ պակաս
քան 4,3 դոյմ հեղուկ բյուրեղային:
Ոչ պակաս քան 2 USB պորտի
առկայություն և ոչ պակաս քան 500
թեսթի հիշողություն: Համակարգչին
միանալու հնարավորություն և
ծրագրային ապահովում:
Ներկառուցված տպիչի
առկայություն : Էլեկտրական
հոսանքի բացակայության դեպքում
նաև մարտկոցային սնուցման
հնարավորություն: Քարթիջները
2-8 C ջերմաստիճանում կարող են
պահպանվել ոչ պակաս քան 12
ամիս, իսկ սենյակային
ջերմաստիճանում ոչ պակաս քան 9
շաբաթ: Յուրաքնչյուր քննության
ժամանակը ոչ ավել քան 3 րոպե ,
ամեն թեսթ-քարթիջը իր մեջ պետք
է պարունակի նաև ստուգաչափ
(կալիբրատոր): Սարքը պետք է լինի
նոր, չօգտագործած , առնվազն 12

				ամիս երաշխիքային սպասարկում :Տեղադրում, միացում, փորձարկում և պատվիրատույի անձնակազմի ուսուցանում տեղում մատակարարի կողմից: Որակի հավաստագրեր առնվազն` ISO, CE, FDA, IVDR
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	արյունաբանական վերլուծիչ	արյունաբանական վերլուծիչ	արյունաբանական վերլուծիչ	արյունաբանական վերլուծիչ	Մարդու զարկերակային/երակային արյան մեջ գազերի և էլեկտրոլիտների որոշման շարժական վերլուծիչ: Պետք է ունենա առնվազն հետևյալ պարամետրներերը ստուգելու հնարավորություն pH, pCO ₂ , pO ₂ , cNa ⁺ , cK ⁺ , cCl ⁻ , cCa ²⁺ , Hct , HCO ₃ ⁻ , TCO ₂ , BE, bE, HB, O ₂ sat, OcCT, BB, SBE, SBC AaDO ₂ , RI, cCa Աշխատանքի մեթոդը չոր, առանց վացող դիլուենտի, այլ հեղուկների և ծախսանյութերի օգտագործման, միայն մեկ մեկանգամյա օգտագործման քարթրիջի

օգնությամբ, մեկ թեսթ մեկ քարթրիչ սկզբունքով, որը թույլ կտա հնարավորինս նվազեցնել մեկ վերլուծության ինքնարժեքը անկախ կատարվող վերլուծությունների քանակից: pH, cNa⁺ , cK⁺ , cCl⁻ , cCa²⁺ նշված պարամետրերի համար չափման մեթոդը իոնսելեկտիվ քարթրիչային էլեկտրոդ, Hct էլեկտրոկոնդուկցիա, pO₂ ըստ բարելաված Կլարկի, pCO₂ ըստ բարելաված Սեվերինգհաուզի: Ամեն հետազոտության համար անհրաժեշտ է ոչ ավել քան 100 մկլ արյուն: Չափելի պարամետրերի որոշման առավելագույն և նվազագույն տիրույթները պետք է ապահովի. pH (6,00-8,00), pCO₂ (5.0-250.0) , pO₂ (5.0-720.0) , cNa⁺ (50.0- 200.0 մմոլ/լ) , cK⁺(1.0-12.0մմոլ/լ), cCl⁻ (50.0-200.0մմոլ/լ) , cCa²⁺ (0.25-5.0մմոլ/լ), Hct (10-70%); հաշվարկային պարամետրերի չափման տիրույթները հետևյալ՝ cHb- (3.4-25.5 գ/դլ); cHCO₃-(0.0-99.9 մմոլ/լ), cHCO₃ std (0.0-99.9 մմոլ/լ); cBE(ecf) -(30.0- 30.0 մմոլ/լ); cBE(B) -(30.0-30.0 մմոլ/լ); cBB (0.0-99.9 մմոլ/լ); sO₂(est) -(0.0-99.9 %);

ctCO₂(P)-(0.0-99.9 մմոլ/լ); ctO₂(a)
-(5.0-40.0 ծավ%);
cCa²⁺(7.4)-(0.25-5.0 մմոլ/լ); pO₂(A-
a)-(0.0-720.0); RI -(0.0-20.0); AG
-(0.0-99.9 մմոլ/լ); pH(T)
-(6.000-8.000); pCO₂(T) -(5.0-250.0);
pO₂(T) -(5.0 -720.0): Էկրանը
սենսորային գունավոր ոչ պակաս
քան 4,3 դոյմ հեղուկ բյուրեղային:
Ոչ պակաս քան 2 USB պորտի
առկայություն և ոչ պակաս քան 500
թեսթի հիշողություն: Համակարգչին
միանալու հնարավորություն և
ծրագրային ապահովում:
Ներկառուցված տպիչի
առկայություն : Էլեկտրական
հոսանքի բացակայության դեպքում
նաև մարտկոցային սնուցման
հնարավորություն: Քարթիջները
2-8 C ջերմաստիճանում կարող են
պահպանվել ոչ պակաս քան 12
ամիս, իսկ սենյակային
ջերմաստիճանում ոչ պակաս քան 9
շաբաթ: Յուրաքնչյուր քննության
ժամանակը ոչ ավել քան 3 րոպե ,
ամեն թեսթ-քարթիջը իր մեջ պետք
է պարունակի նաև ստուգաչափ
(կալիբրատոր): Սարքը պետք է լինի
նոր, չօգտագործած , առնվազն 12

				ամիս երաշխիքային սպասարկում :Տեղադրում, միացում, փորձարկում և պատվիրատույի անձնակազմի ուսուցանում տեղում մատակարարի կողմից: Որակի հավաստագրեր առնվազն` ISO, CE, FDA, IVDR
--	--	--	--	--