

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
37	Cardinal Health /Cordis EMERALD	EMERALD	Cardinal Health/Cordis	<p>Պետական պատվերով ստեղծված ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ախտորոշիչ-ուղղորդիչ - Չժանգոտվող պողպատից՝ պատված պոլիտետրաֆլուորոէթիլենով: Արտաքին պատումը հատուկ նյութով, որն ապահովում է սահունությունը: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0,018; 0,021; 0,025; 0,035; 0,038 ", պահանջվող երկարություններն են՝ 150 սմ; 175 սմ; 260 սմ: Կախված վիրահատության ժամանակ ռադիալ կամ ֆեմորալ միջամտությունների տեսակներից և անոթի տեսակից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տեսակներն են՝ ուղիղ կամ J-ձև: Կախված վիրահատվող անոթի բարդության և գտնվելու տեղի, ախտորոշիչ-ուղղորդիչի յուրաքանչյուր երկարություն</p>

				<p>ունի իր ծայրի չափը, և գերձկուն ծայրի պահանջվող չափերն են՝ 3 -25 մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և վիրահատության բարդությունից ուղղորդիչների պահանջվող տեսակներն են ֆիքսված և չֆիքսված: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2024/16-19-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
37	Cardinal Health /Cordis EMERALD	EMERALD	Cardinal Health/Cordis	Պետական պատվերով ստեղծված մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ախտորոշիչ-ուղղորդիչ - Չժանգոտվող պողպատից՝ պատված պոլիտետրաֆլուորոէթիլենով: Արտաքին պատումը հատուկ նյութով, որն ապահովում է սահունությունը: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0,018; 0,021; 0,025; 0,035; 0,038 ", պահանջվող երկարություններն են՝ 150 սմ; 175 սմ; 260 սմ: Կախված վիրահատության ժամանակ ռադիալ կամ ֆեմորալ միջամտությունների տեսակներից և անոթի տեսակից ախտորոշիչ-ուղղորդիչի պահանջվող տեսակներն են՝ ուղիղ կամ J-ձև: Կախված վիրահատվող անոթի բարդության և գտնվելու տեղի, ախտորոշիչ-ուղղորդիչի յուրաքանչյուր երկարություն

				<p>ունի իր ծայրի չափը, և գերձկուն ծայրի պահանջվող չափերն են՝ 3 -25 մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և վիրահատության բարդությունից ուղղորդիչների պահանջվող տեսակներն են ֆիքսված և չֆիքսված: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	--	---