

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/82 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	-	-	<p>Սարքի կառուցվածքը. • Իրանը ձուլածո ալյումինից, պտտման կայունության ապահովման համար, • Հեղուկ սկավառակը պիտի պատրաստված լինի պոլիպրոպիլենից, քայքայիչ նյութերին դիմակայելու համար, • Դրենաժային ելքը և վակուումային պոմպի միակցիչը պիտի գտնվեն հետևի վահանակի վրա, • Սարքը պիտի ներառի կեղտաջրերի հոսքը դեպի պոմպ կանխելու համար նախատեսված առնվազն մեկ ֆիլտր: Խցիկ և վակուումային կցորդ. • Խցիկի տրամագիծը՝ առնվազն 145 մմ, • Սարքը պիտի ներառի պոլիպրոպիլենային հակակոռոզիոն վակուումային կցորդի 3 կոմպլեկտներ տարբեր չափսերի վակուումային օղակներով՝ առնվազն 1 դյույմ, 2 դյույմ և 4 դյույմ չափսերով, • Սարքը պիտի ներառի 1 կտոր կպչուն ժապավեն (6 դյույմ L x 24 դյույմ Ե) անկանոն ձևի ենթաշերտերը ծածկելու համար, • Սարքը պիտի ներառի մինի-ներծծող բաժակներ 1 դյույմից պակաս տրամագծով փոքր տակդիրների համար կամ սովորական (5x5 մմ, կամ 10x10 մմ) կամ անկանոն ձևերով տակդիրների հետ աշխատանքը ապահովելու համար: Վակուումային պոմպ. • Պոմպի</p>

		<p>տեսակը՝ անյուղ, • Պոմպը պիտի ներառի վակուումային ռետինե խողովակ, • Լարում՝ 220 Վ, • Դուրս մղման արագություն՝ առնվազն 120լ/րոպե: Պտտման արագություն և ժամանակ. • Թվային կառավարման վահանակ նախատեսված առնվազն 2 ծրագրավորվող հատվածներով տարբեր պտույտի ժամանակների և արագությունների կարգավորման համար, • Պտտման արագություն՝ առնվազն 500 - 8000 պտույտ/րոպե, • Պտտման ժամանակը՝ առնվազն 1 - 60 վրկ, Սարքը պիտի ներառի շարժիչ. • Շարժիչի տեսակը՝ հաստատուն հոսանք, • Աշխատանքային լարումը՝ 24 Վ, • Հզորությունը՝ առնվազն 150 Վտ, Սարքը պիտի ներառի հեղուկի ներարկման համակարգ. • Համակարգը պետք է ունենա առնվազն 20 մլ ներարկիչ ծածկույթի լուծիչը պարունակելու համար նախատեսված, • Ներարկիչի բռնիչի բարձրությունը պետք է լինի կարգավորվող և ազատորեն պտտվի աջակցող ձողի երկայնքով: Սարքը պիտի ներառի. • Պլաստիկ ապակե ծածկ շահագործման անվտանգության համար նախատեսված, • Վակուումային պոմպի միացման խողովակ, • Ջրահեռացման խողովակ ջրի ելքի համար: Մուտքայի լարում՝ 24 Վ, 100-240 փոփոխական հոսանքի փոխակերպիչով առնվազն 150 Վտ: Չափսեր՝ 13(Ե) x 10(Լ) x 8.5(Բ) դյույմ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Սարքը պիտի ունենա CE certificate Եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО “Энерджи Груп” в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТДР-24/82 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
4			